

Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1 Všeobecná špecifikácia predmetu:

Názov:	Infúzna technika
Kľúčové slová:	infúzna technika, volumetrická pumpa, lineárny dávkovač, dokovacia stanica, stojan
CPV:	33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y:	Tovar; Služba

1.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu:

Položka č.1: Infúzna technika

Funkcia				
Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.				
Dokovacie stanice vybavené lineárnymi dávkovačmi v počte 3ks a volumetrické pumpy v počte 2ks. Zariadenie určené pre OAIM a operačné sály.				
Vybavenie pandemického pavilónu pre Covid_19 - časť OAIM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zostava lineárny dávkovač, infúzna/volumetrická pumpa, dokovacia stanica na pojazdnom stojane	ks			3
- lineárny dávkovač počet v zostave	ks			3
- infúzna/volumetrická pumpa počet v zostave	ks			2
- dokovacia stanica počet v zostave	ks	1		
- pojazdný stojan počet v zostave	ks			1
Dokovacia stanica	-	-	-	
- počet zapojiteľných púmp	ks	1	6	
- počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu	ks	1		
Lineárny dávkovač	-	-	-	
- rýchlosť prietoku	ml/h	0,01-999		
- krok nastavenia prietoku	ml/h		0,01	
- presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou	+-%		3	
- prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	ml	0,1 - 999		
- prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min.	0,01-60		
- bolus	ml/h	50-1200		
- objem bolusu	ml	0,1-50,00		
- záznam udalostí s dátumom a časom - počet	počet	1000		
- dlhá pauza - Standby	min.	1-1440		
- počet liekov v knižnici	počet	256		
- tlakové limity oklúzneho tlaku	min/mmHG	75-750		
- počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	počet	9		
- výdrž batérie 5ml/h	hod.	10		
- doba nabíjania batérie	hod.		8	

- interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	rok	2		
Infúzna/volumetrická pumpa	-	-	-	
- rýchlosť prietoku	ml/h	0.1-1200		
- presnosť rýchlosti prietoku so setom	+ - %		5	
- prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI), rozsah	ml	0,1-999		
- počet režimov dávky	počet	30		
- prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	ml	0,1-999		
- prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min.	1 - 5940		
- rýchlosť podania bolusu	ml/h	1-1200		
- objem bolusu	ml	1-99,99		
- záznam udalostí s dátumom a časom - počet	počet	1000		
- dlhá pauza - Standby	hod.	1		
- počet liekov v knižnici liekov	počet	250		
- tlakové limity oklúzneho tlaku, rozsah	mmHg	225 - 750		
- počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	počet	9		
- výdrž batérie pri 25 ml/h	hod.	5		
- doba nabíjania batérie	hod.		9	
- Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	rok	2		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Dokovacia stanica	umiestnená na pojazdnom stojane pre infúziu techniku s teleskopicky nastaviteľnou výškou závesných hákov pre infúzne roztoky			
-	centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.			
-	odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia infúzneho stojanu			
-	možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov (pumpa, dávkovač)			
-	dátové rozhranie pre napojenie na LAN			
Lineárny dávkovač:	objemy použiteľných striekačiek, minimálne 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml			
-	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius			
- režimy infúzie	kontinuálny režim			
--	dávka/objem za čas			
--	viacnásobná dávka			
--	programovateľný režim			
--	možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie			
--	možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou			
- režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku, alarm	výpočet dávky priamo v pumpe			
--	dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol,			
--	nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas			
--	manuálny bolus			
--	automatický bolus			
--	KVO			
--	grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)			

--	nastavenie osvetlenie displeja
--	knižnica liekov
--	možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov
--	možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov
--	možnosť nastavenia Soft a Hard limitov pre každý liek
--	špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba
--	system dynamického tlaku
--	minimálne manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní automatické môže byť, nie je striktnou podmienkou
--	kontrola polohy uchytenia striekačky
--	mechanická ochrana proti nežiaducej bolusu
--	signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne
--	textová identifikácia alarmu
--	možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu
--	alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky
--	tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky
--	alarm konca striekačky
--	alarm odpojenia od elektrickej siete
--	alarm, dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie
--	alarm koniec Standby (dlhá pauza)
--	alarm vybitie batérie
--	alarm porucha prístroja
--	alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti
--	alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah
--	predalarm konca striekačky
--	predalarm vybitia batérie
--	predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času
- ostatné parametre	jednofarebný LCD displej
--	ovládanie bez dotykovaého displeja
--	prevedenie minimálne IP 22
--	možnosť vzájomného fyzického uchytenia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva
--	možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu
--	možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis
--	súčasťou pumpy rúčka na prenášanie
--	súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu
--	súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V
--	uchytenie v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)
--	Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku
--	možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom alebo pinom alebo klávesou
Infúzna/volumetrická pumpa	kontinuálny režim

-	režim - dávka/objem za čas
-	režim - nábeh a pokles
-	režim - viacnásobná dávka
-	možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie
-	programovateľný režim
-	režim sekundárnej infúzie PIGGY
-	podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)
-	podávanie transfúzie - krvi
-	podávanie transfúzie - červených krviniek
-	podávanie transfúzie - krvných doštičiek
-	podávanie transfúzie - plazmy
-	podávanie transfúzie - albumína
-	podávanie onkologických liečiv bezpečnostnými setmi
-	automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy
-	režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku okrem IU
-	výpočet dávky priamo v pumpe
-	minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, kcal
-	možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas
-	možnosť oneskoreného štartu
-	manuálne plnenie
-	plnenie s použitím odzvušňovacej/plniacej funkcie pumpy
-	funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom
-	manuálny bolus
-	automatický bolus
-	KVO
-	grafické znázornenie histórie prietoku
-	nastavenie osvetlenia displeja
-	knižnica liekov
-	možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov
-	možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov
-	možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku
-	antibolusový systém
-	grafické znázornenie histórie tlaku
-	bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy
-	signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne
-	textová identifikácia alarmu
-	nastavenie hlasitosti zvukového alarmu
-	kontrola správnej inštalácie setu
-	súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prietoku
-	alarm hornej oklúzie

-	alarm dolnej oklúzie
-	alarm zle zatvorených dvierok
-	výstražný alarm rozpojenia linky
-	vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch
-	možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm
-	alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu
-	kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor
-	dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie
-	alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času
-	alarm odpojenia od elektrickej siete
-	alarm koniec Standby (dlhá pauza)
-	alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti
-	alarm vybitia batérie
-	alarm porucha prístroja
-	predalarm vybitia batérie
-	predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času
-	kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)
-	varovanie o nutnosti preventívnej údržby
-	ovládanie bez dotykového displeja
-	LCD displej
-	možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru
-	odolnosť proti vode krytie minimálne IP 22
-	možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva
-	možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu
-	možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis
-	možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)
-	ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)
-	súčasťou pumpy rúčka na prenášanie
-	súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu
-	súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V
-	Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku
-	uzamknutie klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou

1.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Zaškolenie personálu minimálne v rozsahu 1 hodiny, dodávateľ vystaví doklad o zaškolení.
Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu/údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku

Dodávané zariadenie musí spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.
Dodávateľ v lehote na predkladanie ponúk predkladá Objednávateľovi vlastný návrh plnenia t.j. prospektový materiál predmetu zákazky, kt. bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaných prístrojov. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objednávateľa.
Dodávateľ v lehote na predkladanie ponúk predkladá Objednávateľovi Vyhlásenie o zhode a CE certifikát k predmetu zákazky.
Požaduje sa do 3 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky
Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky.
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii
Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :
a) termín dodania tovaru je do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.
b) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, rozsah poskytnutia služby, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, podľa potreby a obsahu zmluvy aj servisná dokumentácia, návod na použitie, preberací protokol a protokol o zaškolení obsluhy.
c) Dodávateľ môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní, inštalovaní a sprevádzkovaní predmetu zmluvy, po úvodnom zaškolení personálu a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom.
d) termín dodania tovaru a inštalácie oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred na jeho emailovú adresu
e) oprávnená osoba objednávateľa a jeho e mailová adresa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi do 72hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy
f) Objednávateľ potvrdí dodávateľovi do 3 dní pracovných dní splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky odo dňa prevzatia požadovaných dokumentov od dodávateľa.
Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
Zmluvné a platobné podmienky:
Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne záručnú dobu v trvaní záručnej doby vyznačenej na obale výrobku.
Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.
Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo e-mailom.
Dodávateľ je povinný odstrániť vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľovi odstúpiť od dohody.
Zodpovednosť za vady v rozsahu, ktorý nieje upravený zmluvou bude objednávateľ riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.
Zmluvná strana, ako aj verejný obstarávateľ, si v zmysle vyhradzuje právo na zmenu zmluvy/rámcovej dohody v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/ bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č.222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH V inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa §7 a/alebo §7 v zákone č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
- požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia Fa objednávateľovi
- Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol a protokol o zaškolení
- Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja

- Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho/objednávateľa/dlžníka. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni dodania tovaru.
Zmluvne strany sa zaväzujú plniť zväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutia služby, resp. zhotoviteľa diela.
Sankcie:
- V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý
- Objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 ObZ ods. 1 písmen. a) až d) ak ju oznámi dodávateľovi včas v zaslanom oznámení väd alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.
- Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu
Dodávateľ môže požadovať :
- úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.
Ukončenie zmluvného vzťahu:
Zmluvu je možné ukončiť pred riadnym splnením všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich odstúpením od zmluvy alebo spôsobom uvedeným v OPET. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 5 pracovných dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane zmluvy.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom za:
a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke
b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve
c) neodovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy, ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka
e) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými negatívnymi referenciami (blacklist) trhoviska.
f) nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:
- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti
- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,
- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľom
V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) ako partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní.
V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia zmluvy, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b/ zákona o verejnom obstarávaní.
Prístroj, kabína musí byť dodaná nová, nepoužívaná, nerepasovaná
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Ochrana osobných údajov:

1. Dodávateľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri plnení zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.	
2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.	
3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.	
4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou	
5. Dodávateľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch objednávateľa.	
Informačná povinnosť:	
Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.	
Názov	Upresnenie
Záručná doba minimálne	24 mesiacov

1.4 Prílohy opisného formulára:

Popis	Názov súboru