

# Objednávkový formulár

Dokumentácia zákazky č. Z2016128

## I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Názov: CTG - Kardiotokografický prístroj na monitorovanie jedného plodu s 5,6" displejom  
Kľúčové slová: CTG, Kardiotokograf, Fetálny monitor  
CPV: 33112100-9 - Ultrazvukový srdcový detektor; 33195000-3 - Systém monitorovania pacientov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba  
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

## II. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

- Prístroj na monitorovanie jedného plodu pomocou súčasného záznamu fetálnej srdcovej frekvencie a sťahov maternice

## III. Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kardiotokografický prístroj na monitorovanie jedného plodu	ks			1
monitor	"	5,6		
frekvencia FHR sondy	MHz			1
počet kryštálov na jednej FHR sonde	jednotka	9		
merací rozsah FHR sondy	bpm	50	240	
rozlíšenie FHR sondy	bpm		1	
odchýlka FHR sondy	bpm		+/-2	
merací rozsah TOCO sondy	%	0	100	
rozlíšenie TOCO sondy	%		1	
hmotnosť zariadenia	kg		3,5	
kontinuálna pamäť záznamu	hod.	12		
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
základné parametre	duálne FHR, TOCO, AFM, FM			
možnosť rozšíriť o	IUP			
možnosť rozšíriť o	DECG			
možnosť rozšíriť o	Li-ion batériu			
možnosť rozšíriť o	mobilný vozík			
verifikácia prekryvania kanálov	áno			
indikátor kvality FHR signálu	pre každú FHR sondu			
FHR a TOCO sonda	vodotesné			
možnosť použitia pri pôrodoch pod vodou	áno			
zabudovaná termotlačiareň	tlač na papier šírky 150 a 152 mm			
súčasťou balenia	program na prepojenie CTG prístroja s počítačom			
zobrazovanie meraných parametrov	grafické a číselné			
pamäť pre technické a klinické alarmy	áno			

menu	v slovenskom alebo českom jazyku
držiak na uchytenie sond - súčasť prístroja	áno
rukoväť na prenášanie - súčasť prístroja	áno
možnosť pripojenia WiFi modulu na bezdrôtové pripojenie k centrále	áno
možnosť pripojenia k centrále	áno
Možnosť rozšírenia CTG prístroja o STV analýzu	áno
Prístroj musí byť dodaný byť dodaný nový, nepoužívaný , nerepasovaný	

#### IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, dodania a vyloženia tovaru do určených priestorov
Vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu
Vrátane inštalácie na mieste plnenia a ich uvedenie do prevádzky
Požaduje sa predložiť platný ŠUKL kód do 7 dní od uzatvorenia zmluvy
Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku
Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát do 7 dní od uzatvorenia zmluvy
Požaduje sa nástup na servis do 2 pracovných dní od nahlásenia poruchy v rámci záručného servisu
Požaduje sa predložiť platný certifikát o zaškolení servisného technika u výrobcu do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa odsúšenie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov
Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :
a) termín dodania tovaru je do 4 týždňov od účinnosti zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.
b) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy
c) termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 3 dni vopred na jeho emailovú adresu
d) oprávnená osoba kupujúceho a jeho e mailová adresa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi do 72 hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy
Zmluvné a platobné podmienky:
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340 b) ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia fa
Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol
Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná , zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja
Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku
Dodávateľ do 2 prac. predloží v písomnej forme objednávateľovi rozpis jednotkovej ceny za ks, v rozsahu cena bez DPH, cena s DPH
Ukončenie zmluvného vzťahu:
- zmluvu možno ukončiť dohodou oboch zmluvných strán
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy predávajúcim za:
a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke
b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve
c) neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka .
Podľa ustanovení Obchodného zákonníka môže predávajúci odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy v prípade :
- Ostatných podstatných porušení zmluvných povinností upravených v tejto zmluve a v ustanoveniach Obchodného zákonníka

Názov	Upresnenie
Záruka a servis	Minimálne 24 mesiacov

## V. Zmluvné podmienky

### 4.1 Miesto plnenia zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Žilinský  
Okres: Žilina  
Obec: Žilina

### 4.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 26.1.2016 14:00:00 - 23.2.2016 14:09:00

### 4.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

### 4.4 Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 1400,000 EUR bez DPH)

### 4.5 Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

### 4.6 Druh financovania:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

### 4.7 Druh osobitných ustanovení OPET:

Neuplatňuje sa

## VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

Hodnotiace kritérium: Cena bez DPH  
Váha: 100

## VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Dátum a čas vyhlásenia: 7.1.2016 14:11:48

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 14.1.2016 13:00:00

## VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Začiatok elektronickej aukcie: 14.1.2016 13:15:00  
Plánované trvanie aukcie: 20  
Interval predlžovania konca aukcie: 2