



## V Ý Z V A

### **zákazka podľa § 117**

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru ,služieb, stavebných prác s názvom:

## **„ PARNÝ STERILIZÁTOR“**

### **1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA**

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Sídlo: Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Odd. verejného obstarávania

IČO: 17335825

DIČ: 2020699923

Štatutárny orgán : Mgr. Eduard Dorčík  
riaditeľ

e-mail: taligova@fnspza.sk

tel. +421 41 511 0193

web: www.fnspza.sk

### **2. CPV kód:**

Hlavný predmet:

**33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje**

*Doplnkový slovník:*

33191100-6 - Sterilizátory

33191110-9 - Autoklávy

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

### **3. KATEGÓRIA ZÁKAZKY : TOVAR**

### **4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY**

**V EUR bez DPH : 67 524,00**

**V EUR S DPH : 81 028,80**

*V cenách musia byť zahrnuté kompletné náklady na dodanie tovaru vrátane nákladov na dopravu.*

### **5. Typ zmluvy:**

**Kúpna zmluva** uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.



**6. Miesto dodania predmetu /tovaru , služieb, stavebných prác / zákazky:**

Fakultná nemocnica s poliklinikou, ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

**7. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah :**

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia Parného sterilizátora – 1 ks určeného pre sterilizáciu pevných, tubulárnych, poréznych, gumových a plastových materiálov, ktoré znášajú parnú sterilizáciu.

Parný sterilizátor určený pre sterilizáciu zdravotníckych prostriedkov, spĺňajúci príslušné smernice a normy pre triedu zdravotníckych prostriedkov - sterilizácia balených a nebalených nástrojov, pevných, poréznych, plastových; textilie; skla.

<i>Položka</i>	<i>počet/technický parameter</i>
<b>Parný sterilizátor</b>	1ks
Bakteriologický filter pre odvdzdušenie sterilizačnej komory, filtračná schopnosť	min. 0,1µm
Maximálna pracovný tlak komory	min. 4bar
Maximálna nastaviteľná teplota sterilizácie	min. 134°C
Drsnosť vnútorného povrchu komory Ra	max. 2,00 µm /80µinch
Objem sterilizačnej komory	min. 610l / 8 sterilizačných jednotiek
Výška vnútornej komory	min. 700mm
Šírka vnútornej komory	min. 650mm
Hĺbka vnútornej komory	min. 1340mm
Maximálne vonkajšie rozmery zariadenia ( výmena v zostave, prechod objektom) šírka x výška x hĺbka, za podmienky, že budú splnené <b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie!</b>	max. 1310x1960x1860mm
Hmotnosť (vrátane vyvíjača pary), za predpokladu, že budú splnené <b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie!</b>	max. 1280kg
<b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie:</b>	<b>1. Nákladný výtah:</b>  -nosnosť: 1000kg a  -rozmer dverí (v x š): 2000mmx1100mm  alebo <b>TRANSPORT cez spojovacie chodby:</b> dĺžka transportu 800m od zaústenia do suterénu (deliteľný rám, rozoberateľné zariadenie,...)  <b>2. ROZMER DVERÍ MIESTA INŠTALÁCIE (v x š):</b>  1943mm x 1443mm  <b>3. ROZMERY STAVEBNÉHO OTVORU PRE OSADENIE PRÍSTROJA (v x š):</b>



	2000mm x 1400mm
Hlučnosť zariadenia	max. 78dB
Rozmer zobrazovacej a ovládacej jednotky, uhlopriečka	min. 8“
Rozmer zobrazovacej jednotky, informačný displej zo strany vyvážania	min. 5“
Systém čipových kariet, pamäť cyklov	min. 20
Počet predvolených programov (režimov sterilizácie)	min. 20
Šírka pásky pre tlač informácií o procese	min. 10cm
El. napájanie	400V/50Hz
Napájanie, rozvod tlakovej pary	2,5bar
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, voda	max. 0,1 m <sup>3</sup>
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, demineralizovaná voda	max. 0,011 m <sup>3</sup>
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, para v režime bez vyvíjača pary	max. 11kg
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, el. energia s vyvíjačom pary	max. 9kWh
Maximálny príkon	max. 48kW
Technológia úpravy vody	1ks
Transportný vozík	2ks
Zavážací vozík	1ks
Dvojdverové prevedenie – prekladacie prevedenie	áno
Automatické mikroprocesorové riadenie	áno
Zobrazovacia a ovládacia jednotka – TFT, dotykový displej alebo ekvivalent	áno
Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu	áno
Umiestnenie zobrazovacej a ovládacej jednotky zo strany zavážania	áno
Informačný displej zo strany vyvážania minimálne LED s možnosťou zobrazenia cyklu a aktuálneho tlaku v komore	áno
Zobrazenie času do konca cyklu	áno
Digitálne zobrazenie tlaku na displeji zariadenia	áno
Zobrazenie stavu procesu na displeji	áno
Systém čipových kariet obsluhy alebo samostatný PIN pre každú obsluhu	áno
Možnosť vytvorenia užívateľských programov vrátane ich uloženia	áno
Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy	áno



*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

Vymeniteľné, rozšíriteľné úložisko softvéru a záznamov (USB, SD karta a pod. )	áno
Pripojenie k PC ethernet, RS 232 pre prenos dát a záznamov	áno
Funkcia naprogramovania automatického štartu	áno
Funkcia „central stop“ integrovaný do displeja alebo na strane zavážania	áno
Životnosť komory/tlakovej nádoby bez obmedzenia počtu cyklov	áno
Pohyblivé tesnenie	áno
AIR detektor	áno
Termické odplynenie	áno
Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu	áno
Integrovaná tlačiareň, tlač dokumentačných záznamov o procese	áno
Integrovaný vyvíjač pary	áno
Možnosť pripojenia na centrálny rozvod priemyselnej pary	áno
Vyvíjač pár, výkon zodpovedajúci dodávanému zariadeniu a jeho výkonnosti	áno
Možná prevádzka/ohrev na paru bez použitia vyvíjača pary	áno
Pretlaková sterilizačná komora	áno
Bakteriologický filter pre odvodu sterilizačnej komory	áno
Spádové dno sterilizačnej komory, alebo alternatívne riešenie pre zabezpečenie dokonalého sušenia a odvodu prevádzkových kvapalín	áno
Vyhrievaný vnútorný priestor komory cez plášť	áno
Dostatočne izolovaný plášť komory, predpoklad dostatočnosti izolácie minimálne 120 mm minerálnej vaty alebo ekvivalent R (m <sup>2</sup> K/W)	áno
Materiál komory nerez STN 17 346 až 17 349	áno
Dvojdverové prevedenie	áno
Vertikálny posun dverí	áno
Automatické otváranie a zatváranie dverí s bezpečnostnou lištou a ochranou (elektromechanicky, pneumaticky, hydraulicky)	áno
Rám zariadenia – nerez	áno
Rúrkové rozvody pary z nehrdzavejúcej ocele nerez, tepelne zaizolované	áno
Armatúra parných rozvodov nerez alebo mosadz (nie pokovovaná oceľ)	áno
Krytovanie zariadenia nerez, otvárateľný/odnímateľný – ľahký prístup	áno



*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

pre servisné a revízne prehliadky v obmedzenom priestore	
Prevedenie plášt'a s výstuhou alebo izoláciou zabraňujúcou vzniku hluku z vibrácií zariadenia	áno
Vrátane stavebných prác potrebných na inštaláciu, umiestnenie dodávaného zariadenia	áno
Vrátane demontáže a odvozu pôvodného zariadenia	áno
Miesto umiestnenia – suterén	áno
El. napájanie a rozvod tlakovej pary	áno
Technológia úpravy vody, určená pre dodávané zariadenie	áno
Transportný vozík, výška podľa dodávaného zariadenia, bez potreby prekonávania výškového rozdielu	áno
Zavážací vozík, podľa dodávaného zariadenia, bez potreby prekonania výškového rozdielu	áno
Materiál transportného a zavážacieho vozíka nerez minimálne akosť STN 17 240	áno
Požaduje sa zachovanie kompatibility s jestvujúcou sterilizačnou technikou na centrálnej sterilizácii, pôvodný náhrádza parný sterilizátor, typ: STERIVAP	áno

Dodanie vrátane dopravy na miesto plnenia, dodania a vyloženia tovaru do určených priestorov.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a ich uvedenie do prevádzky.

Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prístroja.

Uchádzač v ponuke predkladá Vlastný návrh plnenia t.j. prospektový materiál predmetu zákazky, ktorý bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek Objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaných prístrojov. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objednávateľa.

Vyhlásenie o zhode a CE certifikát k predmetu zákazky.

Pri záručnej oprave požadujeme bezplatné zapožičanie zariadenia, alebo potrebného dielu zostavy pre zachovanie plnej funkčnosti zostavy.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii a všetky deklarované technické parametre v predložennom certifikáte.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.

Možnosť objednania a dodávky príslušenstva samostatne ako náhradný diel.

Zaškolenie personálu minimálne v rozsahu 2 hodín.

„HOT LINE“ spojenie ( tel. kontakt, mail ) , technická podpora, hlásenie poruchy

Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku



## **8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:**

Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa nasledovných kritérií:

Najnižšia suma za celý rozsah predmetu obstarávania v EUR bez DPH

## **9. Rozdelenie predmetu zákazky**

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

### **Odôvodnenie nerozdelenia zákazky podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:**

*Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia párneho sterilizátora zmysle technických požiadaviek, ktoré sú bližšie vyšpecifikované v opise predmetu zákazky. Nerozdelením predmetu zákazky na časti verejný obstarávateľ neuprie ani neobmedzí účasť záujemcov v danom verejnom obstarávaní, čo vyplynulo aj s prieskumom trhu pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Požiadavkou na plnenie predmetu zákazky ako celku zadanou verejným obstarávateľom je dosiahnuť cieľ verejného obstarávania dodávka a inštalácia parného sterilizátora a plnenie predmetu zákazky v celom rozsahu bez rozdelenia na časti so zohľadnením ekonomických dôvodov, funkčných dôvodov a splnením cieľa. Verejný obstarávateľ nepovažuje nerozdelenie zákazky za obmedzujúci prvok v predmetnom verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prihliadal aj na možné praktické dôsledky rozdelenia/nerozdelenia zákazky na časti, ktorými sú v prípade rozdelenia zákazky na časti podľa jeho názoru v tomto predmete zákazky neadekvátne.*

*Verejný obstarávateľ týmto neumožňuje rozdeliť predmet zákazky aj z dôvodov minimalizácie možných rizík vyplývajúcich z nevyhnutnosti zabezpečenia riadneho komplexne odovzdaného predmetu zákazky nevyhnutného pre adekvátne poskytovania zdravotnej starostlivosti pre FNsP Žilina.*

## **10. Variantné riešenie a ekvivalent**

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil predloženie variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou a ktoré riešenie je variantným riešením, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú ponuku, nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní ponúk základné princípy verejného obstarávania.

### **10.1 Ekvivalent**

**Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:**

- predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- predložený ekvivalent bude obsahovať rovnaké alebo kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať rovnaké alebo výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy,
- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu,



- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy,

Ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 10.1.

V prípade ak uchádzač použije ekvivalent predloží verejnému obstarávateľovi Zoznam v ktorých položkách použil ekvivalent.

#### **11. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

**Lehota na predkladanie ponúk 27.10.2022 09:00:00**

**Dátum otvárania ponúk 27.10.2022 10:00:00**

#### **12. Spôsob predloženia cenovej ponuky:**

Ponuka musí byť vyhotovená a predložená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a

vložená do systému EVO umiestnenom na webovej adrese [www.evo.gov.sk](http://www.evo.gov.sk).

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme EVO umiestnenom na webovej adrese [www.evo.gov.sk](http://www.evo.gov.sk). V predloženej ponuke prostredníctvom systému EVO musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 18 Výzvy „Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti tejto časti výzvy (doporučený formát je „PDF“)“.

V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol.

#### **Predkladanie ponúk, vysvetľovanie elektronicky na profile VO:**

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/448895>

**Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.** Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.

Ak ponuka uchádzača obsahuje informácie, ktoré sú podľa uchádzača dôverné, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala uchádzačom vypracovaný „**Zoznam dôverných informácií**“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.



### **13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi**

Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO verzia 18.0 (ďalej len „EVO“) ([www.evo.gov.sk](http://www.evo.gov.sk)). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu EVO v položke menu Príručky.

Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO ([www.evo.gov.sk](http://www.evo.gov.sk)).

Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

**Upozornenie pre záujemcov : táto zákazka je vyhlásená vo finančnom limite zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením vo vestníku VO. Uchádzačom, ktorí majú záujem predložiť ponuku do zákazky môžu tak učiť prostredníctvom systému EVO na profile verejného obstarávateľa :**

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2157>

### **14. Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti**

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom systému EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom systému EVO a prostredníctvom informácie zverejnenej v profile verejného obstarávateľa na <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2157>.

Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada **dostatočne vopred**. Verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj v profile obstarávateľa <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2157>.

Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých prípadných doplnení a úprav súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané v rámci vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača.

Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým dopĺňujúcim podkladom na webovej adrese : <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/zakazky/2157>.

Verejný obstarávateľ pri uzatvorení zmluvy postupuje v zmysle §56 ZVO.

### **15. Spôsob určenia ceny:**

- ✓ Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
- ✓ Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH v EUR



Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“

- ✓ Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľ DPH upozorní.
- ✓ Ceny uvedené v ponuke musia byť uvedené v eurách, musia byť konečné vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním diela a musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
- ✓ Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa **príloh č.2 tejto výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritéria**
- ✓ Platnosť cenovej ponuky : **do 28.02.2023**

**16. Vykonanie obhliadky v miestna plnenia :**

Neuplatňuje sa

**17. Trvanie zmluvného vzťahu :**

**Do 3 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

**18. Podmienky na predloženie cenovej ponuky:**

Ponuku môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku.

**Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti:**

**Cenová ponuka musí obsahovať :**

**a) Identifikačné údaje uchádzača** s uvedením kontaktnej osoby uchádzača ( e mailová adresa, číslo telefónu) v zmysle prílohy č.1 Výzvy.

**b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 a 2a) tejto výzvy, ktorý bude podpísaný oprávnenou osobou.**

**c) V zmysle §32 zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov** sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.1 písm.e), písm.f):

**§ 32 ods.1 písm.e)** je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, Uchádzač preukazuje **doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.** / kópiu / v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného tovaru alebo služby, stavebnej práce: originál alebo overená kópia sa bude vyžadovať len od úspešného uchádzača.

a

**§ 32 ods.1 písm.f)** nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukazuje **doloženým čestným vyhlásením.**

Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. f). Verejný obstarávateľ



**d) Technický opis ponúkaného zariadenia -** Uchádzač v ponuke predkladá technický opis - ako Vlastný návrh plnenia t.j. prospektový materiál predmetu zákazky, ktorý bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek Objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaných prístrojov. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objednávateľa.

**e) Príloha F - Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít predmetu obstarávania.**

**f) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm.a)**

Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením scanu originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť (v prípade požiadavky zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originál dokladov) nasledovnými dokladmi:

**podľa § 34 ods. 1 písm. a)** zákona o verejnom obstarávaní: **zoznamom dodaného tovaru** rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Uchádzač predloží zoznam dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky ( tzn. dodávka párneho sterilizátora) za predchádzajúce **tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania**; v celkovej súhrnnej hodnote s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia o uspokojivom dodaní tovaru, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie v hodnote minimálne **60 000,00 EUR bez DPH**

#### **Minimálna úroveň štandardov:**

Zo zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb musí vyplývať, že uchádzač v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania vykonával zákazky, v rámci ktorých riešil:

- Dodávku parného sterilizátora aspoň jednému zákazníkovi v konfigurácii s cenou aspoň 70% predpokladanej hodnoty zákazky.
- Dodávku parného sterilizátora iným právnickým osobám v minimálnej celkovej hodnote **60 000,00 EUR bez DPH**.
- Objednávateľ akceptuje aj subdodávky realizované prostredníctvom obchodných spoločností koncovému užívateľovi zariadení, pokiaľ ponuku predkladá zmluvný zástupca výrobcu, importér alebo organizačná zložka výrobcu alebo importéra.

**podľa § 34 ods. 1 písm. a) : Zoznamom poskytnutých služieb** rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky ( tzn. vykonanie záručných a pozáručných opráv „, párný sterilizátor“) za predchádzajúce **tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania**;

**Referencia o vykonaní záručných a pozáručných opráv** minimálne od 2 objednávateľov.

**Dodávateľ musí mať zriadené riadne servisné stredisko** vybavené skladoom náhradných dielov disponujúce kvalifikovaným personálom alebo schopnosť vykonávať riadne servisné služby pre vykonanie záručných a pozáruč-



*V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru (zmluvy) začalo pred tromi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období;*

V prípade, ak dodanie tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslil a započítal iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Uchádzač predloží zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období dodával pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov.

**V prípade, že uchádzač dodával tovar, poskytoval službu pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí majú povinnosť vypracovať a zverejniť referencie na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, predloží :**

- **zoznam zmlúv** rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. ( *vid nižšie údaje, ktoré musí zoznam obsahovať*)
- **internetový odkaz na referencie** verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk), , alebo priamo v ponuke **predloží referencie** z registra referencií vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

**V prípade, že uchádzač dodával tovar, poskytoval službu pre objednávateľov, ktorí nemajú povinnosť vystavovať referencie [www.uvo.gov.sk](http://www.uvo.gov.sk) predkladá zoznam referencií ako Zoznam zmlúv o dodaných tovaroch, poskytnutých službách z ktorého musí byť jasné a zreteľné požadované plnenie :**

**Údaje Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:**

- obchodné meno a sídlo dodávateľa,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- predmet dodania tovaru , poskytnutia služby s podrobným opisom (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa),
- celkovú zmluvnú cenu, ( v € bez DPH , s DPH )
- zmluvu medzi obidvoma zmluvnými stranami
- lehotu dodania tovaru, poskytnutia služby (obdobie, počas ktorého bol tovar dodávaný, poskytovaná služba),
- meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.

V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

**V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti:**

*Referencie odberateľov majú garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúseností uchádzača s plnením zmluvných záväzkov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požiadavky sú postačujúce a nediskriminačné. Verejný obstarávateľ sa chce uistiť, že plnenie predmetu zákazky*



*bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom s dostatočnými skúsenosťami s dodávkou parného sterilizátora, ktorá je veľmi dôležitá pre zabezpečenie plynulého chodu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.*

### **3.3. v súlade s § 34 ods. 1 písm. d) a písm.m bod 2)**

**Minimálna úroveň štandardov:**

- **Doklad o registrácii, resp. rozhodnutie vydané ŠÚKL o registrácii zdravotníckej pomôcky.**
- **Potvrdenie uchádzača, že disponuje servisným strediskom a pohotovostnou službou v prípade poruchy. ( podpísané oprávnenou osobou)**
- **Doklad o zaškolení minim.2 servisných technikov výrobcom**  
Platný certifikát o zaškolení servisného technika ( u výrobcu ) ,ktorý bude vykonávať inštaláciu, záručný servis predmetu zmluvy na konkrétny prístroj, vydaným výrobcom ponúkaného tovaru.
- **Autorizačný list od výrobcu oprávňujúci na predaj a servis tohto prístroja na území SR**
- **Oprávnenie montážneho a servisného technika o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. minimálne §23**
- **Oprávnenie firmy na montáž vyhradených tlakových a elektrotechnických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.**
- **Uchádzač predloží platný certifikát ISO 9001** – Manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém manažérstva kvality uchádzača alebo výrobcu od ktorého technológiu/ predmet zákazky nakupuje a následne dodá objednávateľovi.
- **Uchádzač predloží platný certifikát ISO13485** – Manažérstva kvality súvisiaci s vývojom, výrobou distribúciou, inštaláciou a predajom zdravotníckych pomôcok, vydaný nezávislou inštitúciou v oblasti predmetu zákazky, resp. iný ekvivalentný doklad/dokument prezentujúci zavedený systém manažérstva kvality uchádzača alebo výrobcu, od ktorého technológiu/ predmet zákazky nakupuje a následne dodá objednávateľovi.
- **Uchádzač predloží platný certifikát tlakových nádob podľa ASME alebo ekvivalent**
- **Uchádzač predloží platný certifikát parných kotlov (vyvíjač pary) podľa ASME alebo ekvivalent**

#### **Osobitné podmienky na plnenie zmluvy :**

- Pri záručnej oprave požadujeme bezplatné zapožičanie zariadenia, alebo potrebného dielu zostavy pre zachovanie plnej funkčnosti zostavy.
- Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu v slovenskom jazyku
- Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
- Požadujeme nástup servisného technika do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Oprava bez náhradného dielu do 48 hod. Oprava s náhradným dielom do 72 hod.
- Možnosť objednania a dodávky príslušenstva samostatne ako náhradný diel.



- Zaškolenie personálu minimálne v rozsahu 2 hodín.
- „HOT LINE“ spojenie ( tel. kontakt, mail) , technická podpora, hlásenie poruchy

*Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky:*

*Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti v súlade s ustanovením zákona o verejnom obstarávaní: Určená podmienka účasti je primeraná. Požadované oprávnenia považuje verejný obstarávateľ za minimum preukazujúce schopnosti uchádzača pre riadne plnenie zmluvy. Cieľom požiadavky je preukázanie zabezpečenia kvality poskytovaných služieb zo strany uchádzača, ktorý disponuje dostatočným odborným vzdelaním a s primeranými skúsenosťami a odbornosťou pre poskytovanie služieb požadovaného rozsahu na profesionálnej úrovni.*

### **§34 ods.3**

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.

### **Upozornenie pre uchádzačov :**

*V prípade, že predložená cenová ponuka na celý predmet zákazky nebude spĺňať požiadavky VO uvedené v opise predmetu zákazky, nebude obsahovať všetky požadované doklady v zmysle bodu 18. Podmienky na predloženie cenovej ponuky ( s výnimkou dokladov, ktoré VO môže získať z verejne dostupných zdrojov) a uchádzač neposkytne súčinnosť pri využití inštitútu vysvetľovania, verejný obstarávateľ nebude takúto predloženú cenovú ponuku akceptovať a nebude na takúto pri hodnotení ani prihliadať. V takomto prípade bude oslovený druhý uchádzač v poradí.*

### **19. Jazyk ponuky**

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), to neplatí pre ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

Doklady **preukazujúce splnenie podmienok účasti** uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je **úradný preklad** do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).



**20. Podmienky financovania:**

- a) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
*/ Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §34 ods.5 požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia dodávateľovi/*
- b) Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- d) Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek predmetu zákazky, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky.
- e) Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek za jednotlivé celky, jeho množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- f) Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po dni odovzdania predmetu zákazky alebo jej časti .
- e) Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar; objednávateľ pripúšťa možnosť fakturácie na základe čiastkových objednávok.
- h) Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať skutočný celkový rozsah dodaného predmetu zákazky .

**21. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK A UZAVRETIE ZMLUVY**

Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich 10 rokov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Úspešnému uchádzačovi bude **elektronicky cez systém EVO** zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá ,súčasne bude vyzvaný na rokovanie o uzavretí zmluvy , predloženie návrhu zmluvy a požadovaných dokumentov. Neúspešným uchádzačom bude **elektronicky cez systém EVO** odoslaná informácia, že ich ponuka nebola prijatá.

22. Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.ods.1 písm. a) až f) a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm f) -oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch sa požaduje uviesť rozsahu:

**Názov subdodávateľa :**

**IČO:**

**Predmet subdodávky:**

**Percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zákazky:**

**Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:**

**Meno a priezvisko:**

**Adresa pobytu:**

**Dátum narodenia:**



### **23. Elektronická aukcia**

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk následne vyzve elektronickými prostriedkami cez **system EVO** súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky a podmienky účasti na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii - vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie v zmysle § 54 ods. 7 ZVO. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre e- aukciu ( z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním e –aukcie.

Po uskutočnení elektronickej aukcie komisia uskutoční konečné vyhodnotenie ponúk predložených v elektronickej aukcii vo vzťahu k § 53 ods. 2 a ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa § 54 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní .

Elektronická aukcia je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk. Výhodiskom elektronickej aukcie sú celkové ceny . Uchádzači budú predkladať nové jednotkové ceny predmetu zákazky. **Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšia celková cena vyjadrená v eurách bez DPH.**

Celkovým úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý sa po vyhodnotení kritérií v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste v zmysle hodnotiacich kritérií uvedených v časti A.3.

Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15) nie je povinný použiť e-aukciu, ak by sa e- aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.

### **24. Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky v zmysle § 57 ZVO :**

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zrušia verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak

- a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
- b) nedostal ani jednu ponuku,
- c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
- d) jeho zrušenie nariadil úrad

**24.** Verejný obstarávateľ uzavrie Kúpnu zmluvu uzatvorenú v zmysle ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) s uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná. V zmysle §11 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačmi ( vrátane subdodávateľov) , ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie sú v danom registri zapísaní.

Prílohy :

- 1. Identifikačné údaje uchádzača
- 2. Tabuľka návrhov na plnenie kritéria príloha č.2
- 3. Podrobný položkový rozpočet príloha č.2a)
- 4. Príloha F Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít predmetu obstarávania



## **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina**

*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

### **5. Zoznam subdodávateľov**

V Žiline,

.....  
Mgr. Eduard Dorčík  
riaditeľ FNsP Žilina



**Identifikačné údaje uchádzača**

Názov alebo obchodné meno uchádzača.....

Adresa alebo sídlo uchádzača.....

*Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača:*

rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné, zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené vo Výzve v rámci súťaže na predmet zákazky :

**„ Parný sterilizátor“**

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem neodkladne informovať verejného obstarávateľa o každej situácii , ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek, v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

*Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:*

- že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé
- že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
- Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
- Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V .....dňa.....

.....  
podpis štatutárneho zástupcu / uchádzača



**Tabuľka návrhov na plnenie kritéria**

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky v zmysle prílohy E-1 ,ktorý uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky.
- Postup verejného obstarávania:** Verejné obstarávanie s finančným limitom zákazky s nízkou hodnotou § 117.

**Predmet zákazky: „ PARNÝ STERILIZÁTOR”**

**Verejný obstarávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

**Obchodné meno uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Sídlo alebo miesto podnikania:** (vyplní uchádzač)

**IČO uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Kontaktná osoba uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Tel. číslo / e mail. uchádzača** (vyplní uchádzač)

Názov/výrobca/model	Množstvo	Cena bez DPH za jednotku	Sadzba DPH	Cena bez DPH spolu
<b>Cena celkom :</b>				

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne odovzdanie predmetu zákazky.

*Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta*

V ..... dňa .....

.....  
(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

**Poznámka:**

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača



**Príloha 2a) k súťažným podkladom**

**Podrobný položkový rozpočet**

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky „Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky, ktorý uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky.
- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

**Postup verejného obstarávania:** Verejné obstarávanie s finančným limitom zákazky s nízkou hodnotou § 117.

**Predmet zákazky:** „ PARNÝ STERILIZÁTOR”

**Verejný obstarávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

**Obchodné meno uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Sídlo alebo miesto podnikania:** (vyplní uchádzač)

**IČO uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Kontaktná osoba uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Tel. číslo / e mail. uchádzača** (vyplní uchádzač)

Položka	Počet kusov	Cena v EUR bez DPH /ks	sadzba DPH	Cena v EUR s DPH/ks
SPOLU				



**Príloha F**

**Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít  
predmetu obstarávania.**

**Povinná funkcionalita predmetu obstarávania**

Verejný obstarávateľ spracoval podrobnejšie špecifikáciu povinnej funkčnosti predmetu obstarávania do tabuľky T1 kde splnenie uvedených požiadaviek bude predmetom hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky. Uchádzač vyplní tabuľku v stĺpci „ Ponúkaná hodnota“ ak ponúka zariadenie, ktoré spĺňa minimálne požadované parametre uvedené v technickom opise súťažných podkladoch doplní ÁNO, ak nespĺňa doplní NIE. Ak ponúka zariadenie ako ekvivalent minimálne požadovaných parametrov požadovaných VO doplní ponúkané parametre v zmysle bodu 10.1.„Ekvivalent“ týchto súťažných podkladov.

**Postup verejného obstarávania:**

Verejné obstarávanie s finančným limitom zákazky s nízkou hodnotou § 117.

**Predmet zákazky:** „ PARNÝ STERILIZÁTOR”

**Verejný obstarávateľ:** Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

**Obchodné meno uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Sídlo alebo miesto podnikania:** (vyplní uchádzač)

**IČO uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Kontaktná osoba uchádzača:** (vyplní uchádzač)

**Tel. číslo / e mail. uchádzača** (vyplní uchádzač)



Položka	počet/technický parameter	Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač)	Splnil/Nesplnil (vyplní VO)
Parný sterilizátor	1ks		
Bakteriologický filter pre odvdzdušenie sterilizačnej komory, filtračná schopnosť	min. 0,1µm		
Maximálna pracovný tlak komory	min. 4bar		
Maximálna nastaviteľná teplota sterilizácie	min. 134°C		
Drsnosť vnútorného povrchu komory Ra	max. 2,00 µm /80µinch		
Objem sterilizačnej komory	min. 610l / 8 sterilizačných jednotiek		
Výška vnútornej komory	min. 700mm		
Šírka vnútornej komory	min. 650mm		
Hĺbka vnútornej komory	min. 1340mm		
Maximálne vonkajšie rozmery zariadenia ( výmena v zostave, prechod objektom) šírka x výška x hĺbka, za podmienky, že budú splnené <b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie!</b>	max. 1310x1960x1860mm		
Hmotnosť (vrátane vyvíjača pary), za predpokladu, že budú splnené <b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie!</b>	max. 1280kg		
<b>POŽIADAVKY NA TRANSPORT PRÍSTROJA na miesto inštalácie:</b>	<b><u>1. Nákladný výt'ah:</u></b>  -nosnosť: 1000kg a  -rozmer dverí (v x š): 2000mmx1100mm  alebo <b>TRANSPORT cez spojovacie chodby:</b> dĺžka transportu 800m od zaústenia do suterénu (deliteľný rám, rozoberateľ-		



Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“

	né zariadenie,...) <b><u>2. ROZMER DVERÍ MIES- TA INŠTALÁCIE (v x š):</u></b>  1943mm x 1443mm  <b><u>3. ROZMERY STAVEBNÉ- HO OTVORU PRE OSADE- NIE PRÍSTROJA (v x š):</u></b>  2000mm x 1400mm		
Hlučnosť zariadenia	max. 78dB		
Rozmer zobrazovacej a ovládacej jednotky, uhlo- priečka	min. 8“		
Rozmer zobrazovacej jed- notky, informačný displej zo strany vyvážania	min. 5“		
Systém čipových kariet, pamäť cyklov	min. 20		
Počet predvolených pro- gramov (režimov sterilizá- cie)	min. 20		
Šírka pásky pre tlač infor- mácií o procese	min. 10cm		
El. napájanie	400V/50Hz		
Napájanie, rozvod tlakovej pary	2,5bar		
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, voda	max. 0,1 m <sup>3</sup>		
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, demineralizovaná voda	max. 0,011 m <sup>3</sup>		
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, para v režime bez vyvíjača pary	max. 11kg		
Energetická náročnosť zariadenia pre jeden cyklus, el. energia s vyvíjačom pary	max. 9kWh		
Maximálny príkon	max. 48kW		
Technológia úpravy vody	1ks		
Transportný vozík	2ks		



## **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina**

*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

Zavážací vozík	1ks		
Dvojdverové prevedenie – prekladacie prevedenie	áno		
Automatické mikroprocesorové riadenie	áno		
Zobrazovacia a ovládacia jednotka – TFT, dotykový displej alebo ekvivalent	áno		
Kontrola jednotlivých sterilizačných fáz v priebehu celého cyklu	áno		
Umiestnenie zobrazovacej a ovládacej jednotky zo strany zavážania	áno		
Informačný displej zo strany vyvážania minimálne LED s možnosťou zobrazenia cyklu a aktuálneho tlaku v komore	áno		
Zobrazenie času do konca cyklu	áno		
Digitálne zobrazenie tlaku na displeji zariadenia	áno		
Zobrazenie stavu procesu na displeji	áno		
Systém čipových kariet obsluhy alebo samostatný PIN pre každú obsluhu	áno		
Možnosť vytvorenia užívateľských programov vrátane ich uloženia	áno		
Frakčné vákuum pomocou výkonnej vodokružnej vývevy	áno		
Vymeniteľné, rozšíriteľné úložisko softvéru a záznamov (USB, SD karta a pod. )	áno		
Pripojenie k PC ethernet, RS 232 pre prenos dát a záznamov	áno		
Funkcia naprogramovania automatického štartu	áno		
Funkcia „central stop“ integrovaný do displeja alebo na strane zavážania	áno		



## **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina**

*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

Životnosť komory/tlakovej nádoby bez obmedzenia počtu cyklov	áno		
Pohyblivé tesnenie	áno		
AIR detektor	áno		
Termické odplynenie	áno		
Regulácia tlaku pary pomocou snímačov nezávislých od atmosférického tlaku vzduchu	áno		
Integrovaná tlačiareň, tlač dokumentačných záznamov o procese	áno		
Integrovaný vyvíjač pary	áno		
Možnosť pripojenia na centrálny rozvod priemyselnej pary	áno		
Vyvíjač pár, výkon zodpovedajúci dodávanému zariadeniu a jeho výkonu	áno		
Možná prevádzka/ohrev na paru bez použitia vyvíjača pary	áno		
Pretlaková sterilizačná komora	áno		
Bakteriologický filter pre odvzdušnenie sterilizačnej komory	áno		
Spádové dno sterilizačnej komory, alebo alternatívne riešenie pre zabezpečenie dokonalého sušenia a odvodu prevádzkových kvapalín	áno		
Vyhrievaný vnútorný priestor komory cez plášť	áno		
Dostatočne izolovaný plášť komory, predpoklad dostatočnosti izolácie minimálne 120 mm minerálnej vaty alebo ekvivalent R (m2K/W)	áno		
Materiál komory nerez STN 17 346 až 17 349	áno		
Dvojdverové prevedenie	áno		



## **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina**

*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

Vertikálny posun dverí	áno		
Automatické otváranie a zatváranie dverí s bezpečnostnou lištou a ochranou (elektromechanicky, pneumaticky, hydraulicky)	áno		
Rám zariadenia – nerez	áno		
Rúrkové rozvody pary z nehrdzavejúcej ocele nerez, tepelne zaizolované	áno		
Armatúra parných rozvodov nerez alebo mosadz (nie pokovovaná oceľ)	áno		
Krytovanie zariadenia nerez, otvárateľný/odnímateľný – ľahký prístup pre servisné a revízne prehliadky v obmedzenom priestore	áno		
Prevedenie plášťa s výstuhou alebo izoláciou zabráňujúcou vzniku hluku z vibrácií zariadenia	áno		
Vrátane stavebných prác potrebných na inštaláciu, umiestnenie dodávaného zariadenia	áno		
Vrátane demontáže a odvozu pôvodného zariadenia	áno		
Miesto umiestnenia – suterén	áno		
El. napájanie a rozvod tlakovej pary	áno		
Technológia úpravy vody, určená pre dodávané zariadenie	áno		
Transportný vozík, výška podľa dodávaného zariadenia, bez potreby prekonávania výškového rozdielu	áno		
Zavážací vozík, podľa dodávaného zariadenia, bez potreby prekonania výškového rozdielu	áno		



## **Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina**

*Predmet zákazky Výzva §117: „, PARNÝ STERILIZÁTOR“*

Materiál transportného a zaväzacieho vozíka nerez minimálne akosť STN 17 240	áno		
Požaduje sa zachovanie kompatibility s existujúcou sterilizačnou technikou na centrálnej sterilizácii, pôvodný náhrádza parný sterilizátor, typ: STERIVAP	áno		



**Príloha č. XY k zmluve**

( predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

**Zoznam subdodávateľov**

*Predmet zákazky:*

**„Parný sterilizátor“**

Por. číslo	Označenie subdodávateľa, IČO	Predmet sub-dodávky	Percentuálny podiel sub-dodávky vo vzťahu k predmetu zákazky	Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa
1.					
2.					
3.					
14.					