



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PREDMET ZÁKAZKY

(TOVAR)

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

V Žiline, február 2024

.....
PhDr. Silvia Taligová
vedúca oddelenia VO
FNsP Žilina

Osoba zodpovedná za technickú
špecifikáciu zadania:

.....
Ing. Bohdan Cinko
Vedúci oddelenia technických činností
FNsP Žilina

Súťažné podklady schválil:

.....
MUDr. Juraj Kacian , MPH
riaditeľ FNsP Žilina

.....
Mgr. Pavol Záh
ekonomicko - technický
námestník FNsP ZA

Súťažné podklady sú vlastníctvom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina a záujemca sa ich prevzatím zaväzuje používať len na účely, pre ktoré boli vydané.

Žilina, február 2024



Obsah:

A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačom.....	5
Všeobecné informácie	5
1 Identifikácia obstarávateľa	5
2 Rozdelenie predmetu zákazky	6
3 Variantné riešenie	6
4 Miesto a termín dodania predmetu zákazky.....	7
5 Zdroj finančných prostriedkov	7
6 Typ zákazky a zmluva	7
7 Lehota na predkladanie ponúk a lehota viazanosti ponuky.....	7
Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETLENIE.....	8
8 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi.....	8
9 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti.....	8
10 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky	8
Časť III. PRÍPRAVA PONUKY	9
11 Vyhodenie ponuky	9
12 Jazyk ponuky	10
13 Mena a ceny uvádzané v ponuke	10
14 Zábezpeka ponuky	10
15 Obsah ponuky	10
Náklady na ponuku	12
Časť IV PREDKLADANIE PONUKY.....	12
16 Uchádzač oprávnený predložiť ponuku	12
17 Predloženie ponuky	12
18 Miesto a lehota na predkladanie ponuky	13
19 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky.....	13
Časť V OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK.....	13
20 Otváranie ponúk	13
21 Vyhodnotenie ponúk	13
22 Vysvetlenie ponúk	16
23 Vylúčenie ponuky	16
24 Oprava chýb	16
25 Dôvernosc' procesov verejného obstarávania	18
26 Elektronická aukcia	18
Časť VI. PRIJATIE PONUKY	18
Prijatie ponuky.....	18
27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.....	18
28. Uzavretie Zmluvy	19
A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.....	21
A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.....	27
A.4 Spôsob určenia ceny	28
B.1. Opis predmetu zákazky	29
B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.....	38
Príloha č. 2 k zmluve Zoznam subdodávateľov.....	39



Príloha č. 3 k zmluve Zoznam zodpovedných osôb	40
Príloha A Vyhlásenie uchádzača	41
Príloha B Vyhlásenie skupiny uchádzačov	42
Príloha C Čestné vyhlásenie Konflikt záujmov	43
Príloha D Plnomocenstvo pre členov skupiny dodávateľov	44
Príloha E, E1,E2 Tabuľka návrhov na plnenie kritérií	45
Príloha F povinná funkcionálna predmetu obstarávania.....	48



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PREDMET ZÁKAZKY:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Elektronická komunikácia bude prebiehať cez elektronickú platformu ePVO, ktorej správcom je Úrad vlády SR. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v modernizovanom systéme elektronickej platformy IS EVO.

ID zákazky na profile verejného obstarávateľa: 495 669

Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných podkladoch ako výlučné podmienky zadávania predmetnej zákazky a zrieka sa svojich vlastných podmienok.

Prevzatím týchto súťažných podkladov záujemca potvrdzuje, že mu je známe, že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí, aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.

Predpokladá sa, že záujemcovia dôkladne preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny a lehoty obsiahnuté v súťažných podkladoch.

Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”).

Žilina, február 2024



A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov

**Časť I.
Všeobecné informácie**

1 Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Zastúpený:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

riadiťel: **MUDr. Juraj Kacian , MPH**

Kontaktné miesto:

Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Oddelenie verejného obstarávania

Kontaktná osoba:

PhDr. Silvia Taligová

Telefón:

041/5110264

IČO:

17335825

DIC:

2020699923

IČ DPH:

SK2020699923

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK 32 8180 0000 0070 0028 0470

BIC:

SPSRSKBA

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) :

predmet	hlavný slovník	doplnkový slovník (ak sa uplatňuje)
hlavný	33172100-7 Prístroje na anestéziu	neuplatňuje sa
doplňujúce	60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu	neuplatňuje sa

1.1. Predmetom zákazky je :

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks Anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií určených na podávanie celkovej anestézy. Zákazka je rozdelená na dve (2) časti.

1.časť - Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy (určený pre oddelenie Oftalmológie vo FNsP Žilina)

a

2.časť - Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy (určený pre oddelenie Urológie vo FNsP Žilina)

Technické opisy zariadení – minimálne požadované technické parametre , sú bližšie špecifikované v opise predmetu zákazky v časti B.1 súťažných podkladov a B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov.



2 Rozdelenie predmetu zákazky

2.1. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatné časti :

Z toho :

časť 1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy 1 ks

Predpokladaná hodnota : 23 590,00 EUR bez DPH

28 308,00 EUR s DPH

časť 2 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy 1 ks

Predpokladaná hodnota : 49 170,00 EUR bez DPH

59 004,00 EUR s DPH

2.2. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu, alebo obidve časti predmetu zákazky.

2.3. Predpokladaná hodnota zákazky celkom:

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky celkom : 72 760,00 EUR bez DPH , 87 312,00 EUR s DPH

3 Variantné riešenie a ekvivalent

3.1. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.

3.2. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil predloženie variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou a ktoré riešenie je variantným riešením, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v týchto súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú ponuku, nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní ponúk základné princípy verejného obstarávania .

3.3. Ekvivalent

3.3.1. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

- predložený ekvivalent bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- predložený ekvivalent bude obsahovať rovnaké alebo kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať rovnaké alebo výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy,
- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu,
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy,

3.3.2. Ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.

3.3.3 Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 3.3.1.



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

3.3.4. V prípade ak uchádzač použije ekvivalent predloží verejnému obstarávateľovi Zoznam v ktorých položkách použil ekvivalent.

4 Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- 4.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina.
- 4.2. Lehota dodania predmetu zákazky je v trvaní
*Pre časť č.1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy - do **25 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.*
*Pre časť č.2 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy- do **25 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.*
- 4.3. Úspešný uchádzač je povinný dodať predmet zákazky minimálne v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom a v minimálne požadovaných technických parametroch.
- 4.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy v súlade s § 18 zákona o VO.

5 Zdroj finančných prostriedkov

- 5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- 5.2. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 60 dní.

6 Typ zákazky a zmluva

- 6.1. Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
- 6.2. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe výsledku verejnej súťaže kúpnu zmluvu (ďalej aj „Zmluva“) v súlade s ustanoveniami § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.3. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí časť B.1 „Opis predmetu zákazky“ a B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov.
- 6.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo / možnosť neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade ak bude ponúknutá suma úspešného uchádzača prevyšovať predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 2.3 .

7 Lehota na predkladanie ponúk a lehota viazanosti ponuky

- 7.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
- 7.2. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do **05.04.2024 do 9⁰⁰ hod.**
- 7.3. Lehota viazanosti ponúk je do **30. augusta 2024**
- 7.4. V prípade uplatnenia revízných postupov alebo nepredvídateľného sklzu v procese verejného obstarávania, verejný obstarávateľ uchádzačom oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk v prípade prípadného predĺženia nepresiahne dobu 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.



Časť II.

Komunikácia a vysvetlenie

8 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom, záujemcami alebo uchádzačmi

- 8.1.** Poskytovanie vysvetlení, výmena informácií a komunikácia (ďalej aj „komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutoční elektronicky v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EPVO (ďalej len „IS EPVO“) [Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk). Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní.
- 8.2.** Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Postup záujemcu/uchádzača je upravený v príručkách pre uchádzača, ktoré sú zverejnené na stránke portálu IS EPVO v položke menu Príručky. [Dokumentácia – Elektronická platforma \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk) Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme IS EPVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS EPVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému IS EPVO [Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk).
- 8.3.** Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému IS EPVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

9 Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a podmienok účasti

- 9.1.** V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek na predmet zákazky a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, inej sprievodnej dokumentácie a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie prostredníctvom systému IS EPVO. Akékoľvek vysvetľovanie v rámci tejto zákazky sa uskutočňuje spôsobom podľa bodu č. 9 tejto časti Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie prostredníctvom systému IS EPVO a prostredníctvom informácie zverejnenej v profile verejného obstarávateľa na [Elektronická platforma – Informačný systém verejnej správy \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk).
- 9.2.** Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada **dostatočne vopred**, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk v zmysle bodu č. 18 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní aj v profile obstarávateľa [Obstarávateľ - UVSR Portál \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk)
- 9.3.** Uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých prípadných doplnení a úprav súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané v rámci vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača.
- 9.4.** Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom na webovej adrese :

[Obstarávateľ - UVSR Portál \(isepvo.sk\)](http://isepvo.sk)

10 Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

V prípade ak Záujemca **má záujem** vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sám overil potrebný rozsah činností a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky môže kontaktovať osobu určenú pre tento účel:

Kontaktné osoby obstarávateľa pre tento účel:

Ing. Bohdan Cinko , tel. 041/ 511 0230, cinko@fnsnpza.sk

Žiadame uchádzačov, aby ich ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných tovarov/služieb na dodanie predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.



Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania, si vopred dohodnú dátum a čas obhliadky.

Bez ohľadu na to, či sa uchádzač zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy záväzná a počas plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na zvýšenie ceny. Preto je v záujme uchádzača, aby vypracoval správnu cenovú kalkuláciu.

Časť III.

Príprava ponuky

11 Vyhodenie ponuky

- 11.1.** Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému IS EPVO umiestnenom na webovej adrese [Obstarávateľ - UVSR Portál \(isepvo.sk\)](http://Obstaravatel-UVSR.Portal(isepvo.sk))
- 11.2.** Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme IS EPVO umiestnenom na webovej adrese [Obstarávateľ - UVSR Portál \(isepvo.sk\)](http://Obstaravatel-UVSR.Portal(isepvo.sk)). V predloženej ponuke prostredníctvom systému IS EPVO musia byť pripojené požadované naskenované doklady podľa bodu 15. tejto časti súťažných podkladov (doporučený formát je „PDF“).
- 11.3.** V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol. **Na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.** Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť ***výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.*** Ustanoveniami prvej a druhej vety nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukládajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukládajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
- 11.4.** Ak ponuka uchádzača obsahuje informácie, ktoré sú podľa uchádzača dôverné, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača obsahovala uchádzačom vypracovaný „**Zoznam dôverných informácií**“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
- 11.5.** **Úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa bytu a dátum narodenia. Tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.**

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch sa požaduje uviesť rozsahu:

Názov subdodávateľa :

IČO:

Predmet subdodávky:

Percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zákazky:

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:

Meno a priezvisko:

Adresa bytu:

Dátum narodenia:

Úspešný uchádzač je povinný tieto údaje o všetkých známych subdodávateľoch uviesť **v Prílohe č. 2**, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy.

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa §41 odseku 1 písm. b) ZVO, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnemu



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

obstarávaní v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

12 Jazyk ponuky

- 12.1.** Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), to neplatí pre ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
- 12.2.** Doklady **preukazujúce splnenie podmienok účasti** uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je **úradný** preklad do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka).

13 Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 13.1.** Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR (Eurách). Pri určovaní cien jednotlivých položiek predmetu zákazky je potrebné venovať pozornosť pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na vyhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky a z dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
- 13.2.** Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a cena bude záväzná pre požadovaný rozsah predmetu zákazky.
- 13.3.** Navrhovaná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky súčet/sumár všetkých položiek a všetkých ostatných súvisiacich nákladov, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek.
- Pri položke, ktorá bude obsahovať nulovú hodnotu, resp. nebude uvedená žiadna hodnota bude sa mať za to, že náklady na túto položku sú zohľadnené v iných položkách tvoriacich predmet tejto zákazky. V takomto prípade uchádzač nie je oprávnený si nárokovat' akúkoľvek úhradu takejto položky počas celej doby plnenia predmetu zákazky.
- 13.4.** Navrhovaná cena musí obsahovať cenu, ktorá zohľadní požiadavky na predmet zákazky.
- 13.5.** Uchádzač svoju navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky uvedie vo formulári Návrh uchádzača na plnenie kritérií uvedený v časti A.3 Súťažných podkladov - Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia.
- 13.6.** V prípade, že ponuku predloží uchádzač zo zahraničia a ním ponúkané ceny budú obsahovať inú sadzbu DPH, ako používanú v SR, verejný obstarávateľ odpočíta od jednotlivých položiek (alebo celkovej ceny) ním uvedenú výšku DPH a pripočíta k nim sadzbu DPH používanú v SR. Takýto úkon sa nepovažuje za zmenu ponuky.
- 13.7.** Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke.

14 Zábezpeka ponuky

- 14.1.** Zábezpeka sa nevyžaduje.

15. Obsah ponuky

15.1. Ponuka uchádzača na predmet zákazky musí obsahovať:

- **Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov** s uvedenými číslami strán, kde sa nachádzajú,
- **Identifikačné údaje uchádzača** (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje každého člena skupiny) s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania; mena kontaktnej osoby, jej telefónneho a faxového čísla a e-mailovej adresy. Dokument bude podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov osobami, oprávnenými konať v danej veci za členov skupiny, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov.
- **Vyhlásenie uchádzača**, (Príloha A) k súťažným podkladom ,
- **Vyhlásenie skupiny uchádzačov** (Príloha B) k súťažným podkladom ,



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

-citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny uchádzačov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov,

- **Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov (Príloha C) k súťažným podkladom**
- **Plnomocnenstvo pre člena skupiny dodávateľov (Príloha D) k súťažným podkladom**
- **Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionality**

časť 1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy 1 ks (Príloha F – Tabuľka T1) k súťažným podkladom

časť 2 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy 1 ks (Príloha F – Tabuľka T2) k súťažným podkladom

- **Technický opis ponúkaného predmetu zákazky** – *vlastný návrh plnenia uchádzača: t.j. prospektový materiál predmetu zákazky), kt. bude obsahovať popis technických vlastností tovaru tak , aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek objednávateľa a podrobný technický opis ponúkaného predmetu zákazky, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného tovaru. Vlastným návrhom plnenia dodávateľ preukazuje technickú špecifikáciu porovnateľnú minim. s požadovanými parametrami Objednávateľa.*

Opis ponúkaného predmetu zákazky - s označením konkrétnej časti na ktorú uchádzač predkladá ponuku

- **Potvrdenia, certifikáty, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti** v súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania . Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti **môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom** (ďalej len „JED“) v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- **Vyplnený návrh Zmluvy, vrátane všetkých jej príloh (okrem príloh , ktoré predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy ako napr. zoznam subdodávateľov.....).** Návrh Zmluvy bude podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov. Do návrhu zmluvy uchádzač uvedie ceny za celý predmet zákazky v € bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH.
- **Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha E)** k súťažným podkladom a
- **Návrh uchádzača na plnenie kritérií - podrobný položkovitý rozpočet (Príloha E1-E2)** k súťažným podkladom
 - určený verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk uvedený v časti A.3 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov, resp. splnomocneným lídrom skupiny dodávateľov.
- **V prípade skupiny dodávateľov vystavené splnomocnenie pre jedného z členov skupiny** (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny,
- **Čestné vyhlásenie v prípade skupiny dodávateľov**, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov niektorú z právnych foriem podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, resp. podľa príslušných právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny.

Čestné vyhlásenia a doklady musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Súťažné podklady, „ Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“



VŠETKY POŽADOVANÉ DOKLADY PREDKLADÁ UCHÁDZAČ NA TÚ ČASŤ ZÁKAZKY NA KTORÚ PREDKLADÁ PONUKU.

15.2. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok alebo zrušenie verejného obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponuky

16. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- 16.1.** Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Všetci členovia skupiny dodávateľov vytvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov podľa bodu 16.1 súťažných podkladov. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
- 16.2.** V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
- 16.3.** Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 16.1 tejto časti súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vylúčená z verejného obstarávania.
- 16.4.** Uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť Zmluvu vrátane jej príloh uvedenú v časti *B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky*, súťažných podkladov.

17 Predloženie ponuky

- 17.1.** Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk..
- 17.2.** Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, tzn. fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene predloží ponuku vo verejnom obstarávaní, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny dodávateľov. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 17.3.** Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní do systému IS EPVO umiestnenom na webovej adrese <https://evo.isepvo.sk/evportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=2157> v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2 tejto časti Súťažných podkladov.



Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

- 17.4. Pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EPVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému IS EPVO (www.evo.gov.sk). Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek na stránke portálu IS EPVO.
- 17.5. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom predložiť ponuku v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
- 17.6. Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 týmto nie sú dotknuté.
- 17.7. V prípade, že uchádzač zašifruje ponuku heslom, je povinný najneskôr do lehoty na otváranie ponúk podľa bodu 20.1. tejto časti Súťažných podkladov, zaslať prostredníctvom systému IS EPVO verejnému obstarávateľovi heslo.

18 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

- 18.1. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému IS EPVO (webová adresa systému je <https://evo.isepvo.sk/evportal/sk-sk/Public/ProfileSearch/Detail?id=2157>, kde uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
- 18.2. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená **do 05.04.2024 do 9⁰⁰** miestneho času.
- 18.3. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 18.2. tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

19 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

- 19.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18.2.
- 19.2. Pre doplnenie alebo zmenu elektronickej ponuky sú záväzné a určujúce aktuálne platné pokyny a príručky, voľne dostupné na portáli IS EPVO v časti „Príručky/ Príručky a odporúčania pre systém IS EPVO“.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

20 Otváranie ponúk

- 20.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **05.04.2024 do 10⁰⁰ hod.** na kontaktnej adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode č. 1 tejto časti Súťažných podkladov, konkr. budova polikliniky 3.posch. oddelenie verejného obstarávania.
- 20.2. Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods.3 (elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní neverejných t.j. vykonané **bez účasti uchádzačov**, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
- 20.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

21 Vyhodnotenie ponúk

- 21.1. V súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní sa jedná o verejnú súťaž s využitím elektronickej aukcie. Komisia zriadená verejným obstarávateľom najprv vyhodnotí doručené ponuky u všetkých uchádzačov z pohľadu:

Splnenia podmienok účasti uchádzačov v zmysle § 40 ZVO

- 21.2. Po otváraní ponúk komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačov v zmysle § 32 - § 34 ZVO.



- 21.3.** Posúdenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia:
- 21.3.1.** podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a
- 21.3.2.** požadovaných podmienok týkajúcich sa:
- finančného a ekonomického postavenia a
 - technickej alebo odbornej spôsobilosti
- 21.4.** Uchádzač, tvorený skupinou dodávateľov zúčastnenou vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:
- 21.4.1.** ktoré sa týkajú osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
- 21.4.2.** ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne,
- 21.4.3.** ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne.
- 21.5.** Splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 21.3.1 a 21.3.2 tejto časti súťažných podkladov komisia hodnotí na základe dokumentov uchádzača, predložených v ponuke.
- 21.5.1.** Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ písomne - elektronicky (cez systém IS EPVO) požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písomne požiadať uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do :
- a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa písmena a).dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 21.6.** Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu, aby v lehote ktorá nesmie byť kratšia ako **päť pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie.
- 21.7.** Ak sa ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka, komisia požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.

Následne vyhodnotí Splnenie požiadaviek na predmet zákazky :

Splnenia požiadaviek na predmet zákazky v zmysle § 53 ZVO:

- 21.8.** Posúdenie splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude založené na posúdení splnenia:
- **formálnych požiadaviek na ponuku** (všetky požadované prílohy)
 - **splnenia požiadaviek na predmet zákazky - predloženým technickým opisom – za každú časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku a riadne vyplnenou prílohou F Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionálit:**
„ Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“ (Príloha F – Tabuľka T1-T2) k súťažným podkladom
a
 - **realnosť ponúknutej ceny - kritérium**

Upozornenie:

V prípade, ak uchádzač svojou ponukou – predloženým technickým opisom nepreukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky a neučiní tak ani v prípade využitia inštitútu vysvetľovania bude táto skutočnosť predstavovať dôvod na vylúčenie jeho ponuky z procesu verejného obstarávania. TO platí aj v prípade, ak komisia vyhodnotí, že



ponúkané zariadenie spĺňa opis zadaný verejným obstarávateľom len čiastočne. Akákoľvek absencia funkcionalít (bez ohľadu na dôvod absencie) alebo ich častí bude považovaná za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky s následkom vylúčenia ponuky uchádzača.

Kritérium č. 1:

Celková zmluvná cena v EUR bez DPH, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za predmet zákazky v EUR bez DPH uvedená v **prílohe E** Návrh na plnenie kritéria týchto súťažných podkladov.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a neuvedie sadzbu DPH.

Vyhodnocovaná bude cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.

Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, službe a stavebnej práci komisia podľa § 53 (ods. 2), ods.3 písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

Komisia zriadená verejným obstarávateľom tak vyhodnotí doručené ponuky z pohľadu **splnenia požiadaviek na predmet zákazky a to : v** Podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionalít „ **Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“ (Príloha F k súťažným podkladom), technického opisu ponúkaného predmetu zákazky (vlastný návrh plnenia uchádzača), a reálnosť ponúkanej ceny (Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha E, E1-E2)** . Podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia týchto súťažných podkladov a určí poradie uchádzačov od prvého miesta po x – té miesto.

21.9. V súlade s § 66 zákona o verejnom obstarávaní sa jedná o verejnú súťaž s využitím elektronickej aukcie. Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí doručené ponuky z pohľadu **splnenia požiadaviek na predmet zákazky** (vyhodnotenie vyplnenej tabuľky, „ Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít „ **Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks.**“ (prílohy č. F, tabuľka T1 pre časť č.1 - T2 pre časť č.2) technického opisu a reálnosť ponúkanej ceny (**Návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha E, E1-E2**) v zmysle § 53 zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia týchto súťažných podkladov a určí poradie uchádzačov od prvého miesta po x – té miesto.

21.10. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.

21.11. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru alebo službe, komisia podľa § 53 ods. 3 písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.

TECHNICKÉ A DOKUMENTÁRNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY:

Uchádzač musí preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa minimálne v rozsahu uvedenom v SP.

Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom **podrobného technického opisu ponúkaného technického riešenia na predmet zákazky** „ Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“ a vyplnenej tabuľky „ **Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít „Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“ (prílohy č. F, tabuľka T1-T2)** týchto súťažných podkladov, ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa .

Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky :

Komisia vyhodnotí splnenie požadovaných minimálnych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, preverí ich porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

a) v **podrobnom technickom opise s údajmi,**

b) v **podrobnej špecifikácii povinných požiadaviek a funkcionalít predmetu zákazky (prílohy č. F, tabuľka T1-T2)**

c) v **návhrhu záväzných zmluvných podmienok.**



Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych parametrov v tabuľke (*prílohy č. F, tabuľka T1-T2*) zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom *N* – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. (5) zákona o verejnom obstarávaní zo súťaže vylúčená.

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie technických požiadaviek tabuľka, „*Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionality „Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks.“ (prílohy č. F, tabuľka T1-T2)* posudzovať spôsobom:

S – požiadavka splnená,

N – požiadavka nesplnená

Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ vyzve na účasť v elektronickej aukcii všetkých uchádzačov, ktorých ponuka bude komisiou verejného obstarávateľa schválená. (*uchádzač splnil podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky*).

22 Vysvetlenie ponúk

22.1. V súlade s § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, požiadava uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní. Uchádzač je povinný doručiť vysvetlenie ponuky do:

- 22.1.1.** dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov,
- 22.1.2.** piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa bodu 8 súťažných podkladov.

22.2. Ak sa ponuka uchádzača javí ako mimoriadne nízka, komisia požiadava uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné, podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky **do piatich pracovných dní** odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:

- 22.2.1.** hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo hospodárnosti poskytovaných služieb,
- 22.2.2.** technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodania tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby,
- 22.2.3.** osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,
- 22.2.4.** dodržiavania povinností v oblasti pracovného práva, najmä s ohľadom na dodržiavanie minimálnych mzdových nárokov, ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,
- 22.2.5.** dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
- 22.2.6.** možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.

22.3. Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá, v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.

23 Vylúčenie ponuky

23.1. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v zmysle § 40 ods.6 ZVO :

- a) nesplnil podmienky účasti
- b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
- c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber záujemcov,
- d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
- e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,



- f) konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,
- g) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
- h) nepredložil po písomnej žiadosti podľa odseku 4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
- i) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom, čestným vyhlásením v určenej lehote,
- j) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
- k) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2,
- l) nenahradil technikov, technické orgány alebo osoby určené na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, alebo riadiacich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. c) alebo písm. g), v určenej lehote novými osobami alebo orgánmi, ktoré spĺňajú túto podmienku účasti,
- m) nenahradil inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti alebo subdodávateľa, ktorí majú sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4, v určenej lehote inou osobou alebo subdodávateľom, ktorý nemá sídlo v treťom štáte podľa § 10 ods. 4.

23.2. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením

23.2.1. dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnosťnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom,

23.2.2. lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

23.2.3. Ak hospodársky subjekt nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 6 písm. c) až g) a odsekov 7 a 8, je oprávnený verejný obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy; v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí hospodársky subjekt preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správny deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie podľa prvej vety nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie žiadostí o účasť alebo ponúk, záujemca uvedie opatrenia na vykonanie nápravy podľa prvej vety v žiadosti o účasť a uchádzač v ponuke.

23.2.4. Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejný obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 9 druhej vety, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.

23.2.5. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 9 druhej vety predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.

23.2.6. Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.

23.2.7. Po posúdení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä zoznam:

- a) všetkých uchádzačov alebo záujemcov,
- b) vybraných záujemcov a dôvody ich výberu v užšej súťaži, v rokovaní konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, v koncesnom dialógu,
- c) vylúčených uchádzačov alebo záujemcov s uvedením dôvodu ich vylúčenia,
- d) záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, na rokovanie alebo na dialóg s uvedením dôvodu.



23.3. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia ponuku uchádzača v prípade nesplnenia požiadaviek v zmysle § 53 ods.5 ZVO.

24 Oprava chýb

24.1. Oprava chýb je možná iba v rámci inštitútu vysvetlenia ponuky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a bodu 22. tejto časti súťažných podkladov.

25 Dôvernoscť procesov verejného obstarávania

25.1. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.).

25.2 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá Zmluva (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávateľia vo vzťahu k plneniu uzavretej Zmluvy (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia predmetu zákazky, resp. súvisiace s predmetom plnenia predmetu zákazky. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ alebo jeho poddodávateľia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou Zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.

25.3. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

26. Elektronická aukcia

26.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk následne vyzve elektronickými prostriedkami cez **systém IS EPVO** súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky a podmienky účasti na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii - vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa e- aukcie v zmysle § 54 ods. 7 ZVO. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre e- aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním e –aukcie.

26.2. Po uskutočnení elektronickej aukcie komisia uskutoční konečné vyhodnotenie ponúk predložených v elektronickej aukcii vo vzťahu k § 53 ods. 2 a ods.3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa § 54 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komisie na vyhodnotenie ponúk zriadenej v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní .

26.3. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces využívajúci elektronické zariadenie na predkladanie nových jednotkových cien upravených smerom nadol. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk. Výhodiskom elektronickej aukcie sú celkové ceny . Uchádzači budú predkladať nové celkové ceny predmetu zákazky. **Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní určené kritérium – najnižšia celková cena vyjadrená v eurách bez DPH.**

26.4. Celkovým úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý sa po vyhodnotení kritérií v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste v zmysle hodnotiacich kritérií uvedených v časti A.3.

26.5. Verejný obstarávateľ podľa § 54 ods. 15) nie je povinný použiť e-aukciu, ak by sa e- aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.

Časť VI. Prijatie ponuky

27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

27.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača a po ukončení e aukcie bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi



oznámi, že neuspel. V oznámení uvedie dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikáciu úspešného uchádzača, resp. úspešných uchádzačov, informácie o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky, resp. ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa zákona o verejnom obstarávaní.

27.3. Úspešný uchádzač je povinný **do 10 dní** od prevzatia Výzvy na podpis zmluvy v rámci poskytnutia súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy ak komisia neurčila dlhšiu lehotu doručiť verejnému obstarávateľovi:

-upravený a podpísaný návrh Zmluvy vrátane všetkých jej príloh **v štyroch vyhotoveniach**.

28. Uzavretie Zmluvy

28.1. Verejný obstarávateľ **nesmie** uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu (zákon č. 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

28.2. Uzavretá Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

28.3. Ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55; to neplatí, ak ide o

- a) priame rokovacie konanie,
- b) uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom,
- c) uzavretie zmluvy verejným obstarávateľom na základe rámcovej dohody uzavretej s viacerými hospodárskymi subjektmi alebo
- d) uzavretie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.

28.4. Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 5 alebo ods. 6, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásť deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4.

28.5. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu pri zamietnutí žiadosti o nápravu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šesťnásť deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b).

28.6. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr jedenásť deň po uplynutí lehoty na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3.

28.7. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 2 až 5, ak boli doručené námietky a nejde o postup zadávania zákazky podľa § 175 ods. 1 písm. c) druhého bodu, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:

- a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi,
- b) deň nadobudnutia, dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 3.

28.8. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie Zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená **do 10 pracovných dní** odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na ich uzatvorenie písomne vyzvaný.

28.9. Verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy vyžadovať v rámci poskytnutia súčinnosti v zmysle § 56 preukázanie alebo splnenie osobitných zmluvných podmienok podľa § 42 ods. 12, ak to uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ určí primeranú lehotu na poskytnutie súčinnosti.

28.10. Ak uchádzač alebo uchádzači neposkytnú súčinnosť podľa odseku 10, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva, koncesná zmluva alebo rámcová dohoda spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa § 170 ods. 4, verejný obstarávateľ a



obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na nasledujúcom mieste v poradí, najskôr šiestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety. Povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 55 a 56 tým nie sú dotknuté.

28.11. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa ods.28.3, verejný obstarávateľ je povinný ich bezodkladne informovať o tom, že s nimi nebude uzavretá zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa §170 ods.4, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí najskôr šiestnásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety, pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie podľa § 20 najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie podľa prvej vety.

28.12. Verejný obstarávateľ môže určiť, a to aj na základe dôvodnej žiadosti úspešného uchádzača, že lehota podľa §56 odsek 8 a 9 je dlhšia ako desať pracovných dní.



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET ZÁKAZKY:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

A.2 Preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET ZÁKAZKY:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

- 1. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 1.1.** Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
 - a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
 - b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
 - c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
 - d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
 - e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
 - f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
- 1.2.** Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 1.1. , ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.) Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a) zákona, je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) zákona poskytnúť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 1.1 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 1.3.** Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
- 1.4.** Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
- 1.5.** Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.



- 1.6. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov.
- 1.7. Uchádzač môže **splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov** v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá prístup do portálu oversi.gov.sk uchádzač predkladá vo svojej ponuke všetky doklady žiadané verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní

2. Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanu originálnych dokladov, alebo ich úradne osvedčených kópií, ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie (v prípade požiadavky zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originál dokladov) nasledovnými dokladmi:

2.1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:

- 2.1.1. uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
- 2.1.2. uchádzač nie je v nepovolenom debete
- 2.1.3. jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.

Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj **čestné vyhlásenie**, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní, obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti:

Potreba uvedenej podmienky účasti vyplynula z dôvodu uistenia sa, že uchádzač s ktorým bude uzavretá zmluva je po finančnej stránke spoľahlivým partnerom, nemá finančné problémy a bude schopný plniť požadovaný predmet zákazky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu.

2.3. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, uvedených vo zverejnenom Oznámení o vyhlásení VO, za všetkých členov skupiny spoločne.

2.4. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.



Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO

3. Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením scanu originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť (v prípade požiadavky zo strany verejného obstarávateľa je uchádzač povinný predložiť originál dokladov) nasledovnými dokladmi:

3.1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Uchádzač predloží zoznam dodaného tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (**tri roky v od vyhlásenia verejného obstarávania**; v celkovej súhrnnej hodnote s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia o uspokojivom dodaní tovaru, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať realizáciu zákaziek rovnakého alebo typovo podobného charakteru, ako je časť rozdeleného predmetu zákazky, na ktorý uchádzač predkladá ponuku za obdobie predchádzajúcich troch rokov spolu ku dňu vyhlásenia verejnej súťaže (posledné 3 (tri) roky, t. j. 3x365 dní, ktoré sa počítajú spätne od dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže). Rovnakým alebo typovo podobným charakterom sa rozumie anestéziologický prístroj rovnakého alebo podobného typu ako požadovaný predmet obstarávania za danú časť zákazky definovaného v Opise predmetu zákazky za konkrétnu časť, bližšie vyšpecifikovaného v časti B.1 týchto súťažných podkladov - „Technické požiadavky na predmet zákazky“ **s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami** ako sú požadované vlastnosti v tejto konkrétnej časti za ktorú uchádzač predkladá ponuku.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby **úhrnný (kumulatívny) finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie za konkrétnu časť na ktorú uchádzač predkladá ponuku v hodnote minimálne:**

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný (kumulatívny) finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie **pre časť 1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy (1 ks)** v hodnote minimálne **23 000,00 EUR bez DPH,**

Minimálna úroveň štandardov:

Zo zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb musí vyplývať, že uchádzač v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania dodával tovar, v rámci ktorých riešil (pre časť 1) : Dodávku anestéziologického prístroja (1ks) aspoň jednému zákazníkovi v konfigurácii s cenou aspoň 60 % z predpokladanej hodnoty zákazky.

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby úhrnný (kumulatívny) finančný objem predložených zmlúv bol za stanovené obdobie **pre časť 2 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy (1ks)** v hodnote minimálne **49 000,00 EUR bez DPH ,**

Minimálna úroveň štandardov:

Zo zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb musí vyplývať, že uchádzač v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania dodával tovar, v rámci ktorých riešil (pre časť 2) : Dodávku anestéziologického prístroja (1ks) aspoň jednému zákazníkovi v konfigurácii s cenou aspoň 60 % z predpokladanej hodnoty zákazky.

Objednávateľ akceptuje aj subdodávky realizované prostredníctvom obchodných spoločností koncovému užívateľovi zariadení, pokiaľ ponuku predkladá zmluvný zástupca výrobcu, importér alebo organizačná zložka výrobcu alebo importéra.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru (zmluvy) začalo pred piatimi rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodania tovaru, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období;



V prípade, ak dodanie tovaru realizoval záujemca ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslí a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Ak referencia nebola vyhotovená v zmysle §12 ZVO, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie.

V prípade, že uchádzač dodával tovar, poskytoval službu pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ktorí majú povinnosť vypracovať a zverejniť referencie na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, predloží:

- **zoznam zmlúv** rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. (*vid nižšie údaje, ktoré musí zoznam obsahovať*)
- **internetový odkaz na referencie** verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na [Evidencia referencií - ÚVO \(gov.sk\)](#), , alebo priamo v ponuke **predloží referencie** z registra referencií vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie.

V prípade, že uchádzač dodával tovar, poskytoval službu pre objednávateľov, ktorí nemajú povinnosť vystavovať referencie www.uvo.gov.sk predkladá zoznam referencií ako Zoznam zmlúv o dodaných tovaroch, poskytnutých službách z ktorého musí byť jasné a zreteľné požadované plnenie :

Údaje Zoznam musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- obchodné meno a sídlo dodávateľa,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- predmet dodania tovaru , poskytnutia služby s podrobným opisom (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa),
- celkovú zmluvnú cenu, (v € bez DPH , s DPH)
- zmluvu medzi obidvoma zmluvnými stranami
- lehotu dodania tovaru, poskytnutia služby (obdobie, počas ktorého bol tovar dodávaný, poskytovaná služba),
- meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.

V súlade s § 187 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.

V súlade s ustanovením § 38 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti:

Referencie odberateľov majú garantovať odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmluvných záväzkov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požiadavky sú postačujúce a nediskriminačné. Verejný obstarávateľ sa chce uistiť, že plnenie predmetu zákazky bude zabezpečené spôsobilým zmluvným partnerom s dostatočnými skúsenosťami s dodávkou laboratórnych prístrojov.

3.3. v súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 2)

Minimálna úroveň štandardov:

- **prehlásenie o zhode a CE certifikát predmetu zákazky**
- **Doklad o registrácii, resp. rozhodnutie vydané ŠÚKL o registrácii ponúkaného prístroja/zariadenia (ak je to relevantné).**



Odôvodnenie použitia podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ predpokladá, že držiteľ certifikátov je spoľahlivý partner, ktorý dodá predmet zákazky ktorým je zdravotnícka technika používaná v požadovanej technickej a funkčnej kvalite.

3.5. Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

3.6. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len „JED“), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

- Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html>
- Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.
- V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
- Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne:

- a) za seba,
- b) za osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok účasti.

VŠETKY POŽADOVANÉ DOKLADY PREDKLADÁ UCHÁDZAČ NA TÚ ČASŤ ZÁKAZKY NA KTORÚ PREDKLADÁ PONUKU



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PREDMET ZÁKAZKY

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia

1. Ponuky uchádzačov sa za každú časť tvoriacu predmet zákazky budú vyhodnocovať na základe kritéria - **najnižšia celková cena v EUR bez DPH**. Úspešnou ponukou sa stane ponuka s najnižšou cenou.
2. Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku v EUR bez DPH za predmet zákazky a splní požiadavky na predmet zákazky a podmienky účasti určené verejným obstarávateľom.
3. Uchádzač svoj návrh na plnenie kritérií uvedie na nižšie uvedenom formulári „Návrh uchádzača na plnenie kritérií“. Formulár bude podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Komisia v úvodnom vyhodnutí ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien predmetu zákazky (vyjadrených v EUR bez DPH) zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Ponuku s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou celkom zaradí komisia na posledné miesto poradia.

Na hodnotenie kritéria cena predmetu zákazky sa použije cena z ponuky uchádzača vyjadrená podľa časti A4. *Spôsob určenia ceny* „a prílohy „E súťažných podkladov - Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií“ a tabuľka E1-E2), ktorá bude predmetom pre zadanie vstupných cien v elektronickej aukcii uchádzačov.

Konečné poradie ponúk bude zostavené automatickým vyhodnotením ponúk – elektronickej aukciou.

Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium:

Najnižšia celková cena v EUR bez DPH za každú časť, na ktorú bude uzatvorená samostatná kúpna zmluva.

Celkovo budú uzatvorené 2 kúpne zmluvy.

A to všetko na zabezpečenie funkčnosti a požadovanej kvality v zmysle efektivity a minimalizácie nákladov.

Ostatní uchádzači budú neúspešní.



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET ZÁKAZKY

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

A.4. SPÔSOB URČENIA CENY

Cena musí byť stanovená v EUR podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhované jednotkové ceny uvedie v zložení: CENA v EUR bez DPH, DPH, CENA v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhované ceny celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní vyhlásením „Nie som platcom DPH“.

Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky tak, ako je to uvedené v časti „B1. Opis predmetu zákazky“ a za podmienok uvedených v časti B.2. Obchodné podmienky a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.

Uchádzač ponúknutú cenu za obstarávaný predmet zákazky uvedie **v časti „E1 Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ vrátane Podrobného aktualizovaného rozpočtu predmetu zákazky.** Uchádzač je povinný oceniť všetky položky uvedené v cenovej kalkulácii verejného obstarávateľa a zároveň zaceniť (ak obsahuje) samostatne jednotlivé zariadenia, ktoré tvoria samostatné funkčné celky.



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

PREDMET ZÁKAZKY

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

B.1 Opis predmetu zákazky

Minimálne technické požiadavky a dodacie podmienky :



*časť 1 _Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií
nižšej triedy*

Tabuľka T-1

No.	Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise	Požadovaná hodnota
	Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy	1 ks
1	Brzdené kolieska	min. 2 ks
2	S vlastným zálohovaním napájania - minúty	min. 90
3	Prehľadný farebný displej s uhlopriečkou	min. 10 inch
4	Zobrazenie kriviek na monitore - počet	min. 3
5	Frekvencia dýchania v minimálnom rozsahu	4 -100 dych/min.
6	Krok nastavenia dychov	max. 1 dych/min.
7	Minimálny rozsah nastavenie pomeru dôb - pomer	od 2:1 do 1:8
8	Nastaviteľný inšpiračný čas v minimálnom rozsahu	0,2 – 5,0 sek
9	Nastaviteľná inšpiračná pauza – minimálny rozsah	0 – 50 %
10	PEEP (Inšpiračný tlak) v minimálnom rozsahu	0 – 30 cmH ₂ O
11	Prietokový trigger v minimálnom rozsahu	0,2 – 10 l/min
12	Výkon ventilátora minimálny rozsah	240 – 700 kPa
13	Monitor vitálnych funkcií uhlopriečka obrazovky	min. 11 inch
14	Monitor vitálnych funkcií zobrazenie kriviek - počet	min. 6
15	Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov	min. 68 hod.
16	Minimálny rozsah merania SpO ₂	1 – 100 %
17	Dodávka náhradných sond , káblov a senzorov od objednania do	max. 10 dní
18	Merania tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnici, ICP – minimálny rozsah	-40 až 320 mmHg



19	Dychový objem ventilačných režimov minimálne v rozsahu	min. 5 - 1500
20	kompaktný pojazdný prístroj	áno
21	antistatické prevedenie koliesok	áno
22	aplikácia inhalačných anestetík	áno
23	s využitím spätného vdychovania	áno
24	Anestézie pre dlhotrvajúce náročné a komplikované operačné výkony "minimal flow" a "low flow"	áno
25	použiteľný pre novorodencov, deti a dospelých	áno
26	Záložné napájanie plynom z tlakových fliaš s redukčnými ventilmi	pre O2 a N2O
27	Prietokomery umožňujúce presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch "minimal flow" a "low flow"	áno
28	Odparovač:	sevofluran a isofluran
29	Anestéziologický systém s elimináciou vlhkosti alebo ohrevom pacientskeho dielu	áno
30	Časti systému musia byť autoklárovateľné a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov vrátane dýchacej časti zariadenia zaradenej v okruhu pacienta	áno
31	Anestéziologický okruh s absorbérom CO2	áno
32	Absorbér vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, samostatná signalizácia o výmene absorbéra, samostatná signalizácia/identifikácia rozpojenia pacientskeho okruhu absorbérov	áno
33	signalizácia rozpojenia okruhu, nezávislá od signalizácie absorbéra	áno
34	odkladacia, pracovná plocha	áno
35	Ventilačné režimy	VCV , PCV, SIMV/PSV, SIMV-PC, PCV-VG, Manuálna
36	Nastavenie alarmov ventilátora	dychový objem , minútový objem, FiO2, ON/OFF mechanickej ventilácie
37	nízky/vysoký/trvalý tlak v dýchacích cestách, porucha, nedostatok tlaku na vstupe	áno
38	odloženie alarmov	áno
39	integrovateľný nastaviteľný prietokomer pre podávanie O2 cez kyslíkové okuliare alebo masku	áno



40	účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov	áno
41	účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno
42	integrované osvetlenie alebo ako príslušenstvo zariadenia	áno
43	Monitor vitálnych funkcií	monitorovanie hĺbky anestézy BIS alebo entropia
44	monitor vitálnych funkcií možnosť rozšírenia funkcie pomocou modulov o BIS alebo entropia	áno
45	Monitor vitálnych funkcií pre:	dospelých, detí a novorodencov
46	Monitorovanie:	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ETO ₂ , FiO ₂ a N ₂ O, AA s identifikáciou anestetiká
47	Zobrazenie monitora:	farebné LCD alebo alternatívne
48	Polohovo nastaviteľný monitor	napr. na otočnom ramene
49	Monitor vitálnych funkcií: Alarmy	optické a akustické
50	pamäť histórie všetkých vyhlásených alarmov	áno
51	EKG 3/5 s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno
52	zobrazenie krivky respirácie a hodnôt	áno
53	SpO ₂ zobrazenie krivky a hodnôt	áno
54	Meranie krvného tlaku:	invazívne (art , CVP) a neinvazívne (systol, stredný, diastol)
55	meranie teploty	áno
56	Meranie vdychové a výdychové koncentrácie	CO ₂ , O ₂ , N ₂ O a použitých anestetík (isofluran, sevoran)
57	automatická detekcia použitého anestetika	áno
58	zobrazenie MAC a BAL	áno
59	Monitoring ventilačných parametrov a kompletný monitoring spirometrie	Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliancie, Rezistencie...
60	Monitoring ventilačných parametrov slučky pľúcnej mechaniky	tlak-objem, prietok -objem



61	kompletné príslušenstvo pre získanie požadovaných parametrov (EKG, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, Respirácia, BIS alebo entropia) vrátane káblov a snímačov	áno
62	Požiadavky podľa EN 60601-1-2	áno
63	Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť s anesteziologickými prístrojmi a monitormi používanými u verejného obstarávateľa (zn. GE Healthcare) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti v prípade potreby vzájomnej výmeny príslušenstva , odparovačov inhalačných anestetík, káblov k monitorovacej technike	áno
64	Doba autorizovanej servisnej podpory	min. 24 mesiacov
65	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno
66	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 24hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
67	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
68	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu
69	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
70	Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu	áno
71	Záruka minimálne 24 mesiacov	áno
72	Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.	áno
73	Slovenský (akceptujeme český) návod na obsluhu	áno
74	Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	áno
75	Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno



2 časť _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy (1ks)

Tabuľka T-2

No.	Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise	Požadovaná hodnota
	Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy	1 ks
1	Anestéziologický prístroj s uzavretým resp. polouzavretým systémom dýchacieho okruhu, so zaradeným odparovačom anestetika a absorbérom CO ₂ , prístroj schopný vedenia automatickej anestézie a presného dávkovania koncentrácie zložiek plynov v čerstvej zmesi podľa užívateľom nastavených cieľových koncentrácií zložiek plynov v dychovej zmesi a podľa ich spotreby pacientom.	áno
2	Elektronický zmiešavač čerstvej zmesi s nastavením zložiek zmesi podľa nastavenej koncentrácie O ₂ , presne dávkujúci plyny aj pri nízkych prietokoch s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi.	áno
3	Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou	min. 35cm
4	Elektrické napájanie 230 V, 50 Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku minimálne 30 min	áno
5	Nastaviteľná frekvencia dýchania	v rozsahu 4-100 (počet dychov)
6	Nastaviteľný PEEP	v min. rozsahu 4-25 cmH ₂ O
7	Dosiahnuteľný dychový objem	v rozsahu 20-1500 ml
8	Nastavenie pomeru dôb dýchania	I:E 2:1 až 1:4
9	Nastaviteľný inspiračný čas	od 0,2 do 5s
10	Nastaviteľná inspiračná pauza	0; 5-60 %
11	Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu:	0,2-10 l/min
12	Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným displejom a s uhlopriečkou	min. 35 cm
13	Súčasné zobrazenie kriviek	min. 8
14	Grafické a numerické trendy všetkých parametrov	min. 24 hodín
15	Napájanie stlačeným plynom O ₂ (kyslík), N ₂ O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš	áno



16	Dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku	áno
17	systém eliminujúci kondenzáciu vody v patientskom okruhu a hadiciach.	áno
18	Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja	áno
19	Elektronicky riadený odparovač anestetika so zobrazením nastavenej podávanej koncentrácie AA pacientovy na obrazovke anestéziologického prístroja s elektronickou indikáciou stavu náplne AA . Odparovač anestetika sevoran súčasť dodávky	áno
20	Anestéziologický okruh s absorbérom CO ₂ , vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti s oznamom o práci bez absorbéra na obrazovke prístroja . Absorbér CO ₂ dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorazové predplnené kazety	áno
21	Anestéziologický okruh vrátane častí ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklávovateľné (sterelizovateľné parou) a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov.	áno
22	Režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, PSV, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia	áno
23	Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno
24	Regulovateľné osvetlenie bodov anestéziologického prístroja	áno
25	Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky : 10 ks dospelých dýchacích okruhov	áno
26	Monitor musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný	áno
27	Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou	Minimálne 35 cm
28	Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly	áno
29	EKG s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno
30	Rozsah merania respirácie:	4-120 dychov za minútu
31	SPO ₂ : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky	áno
32	Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim	áno
33	IBP tlaky: Meranie tlakov - arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnicí, ICP: systolický, diastolický a stredný	áno
34	Merania SPV (systolic pressure variaton) a PPV(pulse pressure variation)	áno



35	Teplota	áno
36	Vdychované a vydychované koncentrácie CO ₂	áno
37	Vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, rozdiel vdychovanej mínus vydychovanej koncentrácie	áno
38	Vdychované a vydychované koncentrácie N ₂ O	áno
39	Vdychované a vydychované koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou	áno
40	MAC, MACage, BAL balančný plyn zobrazený ako % plynu dýchacej zmesi, ktoré monitor nemeria (indikuje množstvo dusíka v dýchacej zmesi)	áno
41	Monitoring ventilačných parametrov: Vt insp/ exp, MV insp/ esp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Resistance, slučky pľúcnej mechaniky (tlak objem, prietok objemu)	áno
42	Modul pre meranie stavu mozgu počas anestézie (BIS alebo entropia)	áno
43	Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitém výbojom (DBS) a stimulácia nervosvalovým liekom	áno
44	Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky: dýchacie okruhy, EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívneho tlaku 2ks, teplotná sonda 1ks, spotrebný materiál na meranie koncentrácií plynov v dýchacej zmesi, spotrebný materiál na meranie hĺbky anestézie a stupňa relaxácie	áno
45	Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť s anesteziologickými prístrojmi a monitormi používanými u verejného obstarávateľa (zn. GE Healthcare) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti v prípade potreby vzájomnej výmeny príslušenstva, odparovačov inhalačných anestetík, káblov k monitorovacej technike	áno
46	Doba autorizovanej servisnej podpory	min. 24 mesiacov
47	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno
48	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 24hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
49	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
50	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu



51	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
52	Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu	áno
53	Záruka minimálne 24 mesiacov	áno
54	Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.	áno
55	Slovenský (akceptujeme český) návod na obsluhu	áno
56	Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	áno
57	Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno



VEREJNÁ SÚŤAŽ

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

(NADLIMITNÁ JEDNOOBÁLKOVÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA DODANIE TOVARU v zmysle § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

PREDMET ZÁKAZKY

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky dodania predmetu zákazky uvedie do nižšie uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v Kúpnej zmluve. Súčasťou zmluvy budú aj dokumenty, resp. prílohy zahŕňajúce aj požiadavky uvedené v časti „B1 – Opis predmetu zákazky“ a v časti A.4. – *Spôsob určenia ceny* týchto SP.

Pre časť 1: KÚPNA ZMLUVA č. 017/1/2024/014 _Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy (1ks)

uzatvorená s úspešným uchádzačom pre konkrétnu časť predmetu zákazky.

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Zoznam zodpovedných osôb

Príloha č. 4: Cenník – návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5: Certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ktorý obsahuje registračné čísla ŠUKL

Pre časť 2: KÚPNA ZMLUVA č. 017/1/2024/015 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy (1ks)

uzatvorená s úspešným uchádzačom pre konkrétnu časť predmetu zákazky.

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Zoznam zodpovedných osôb

Príloha č. 4: Cenník – návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5: Certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ktorý obsahuje registračné čísla ŠUKL

Pozn. Návrh zmluvných podmienok pre obidve (2) časti tvoria samostatnú prílohu týchto súťažných podkladov



Príloha č. 2 k zmluve

(predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam subdodávateľov

Predmet zákazky:

**Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií –
2 ks**

Časť XY (doplní uchádzač)

Týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy:

- ☐ Nebudem využívať subdodávateľov
- ☐ Budem využívať nasledovných subdodávateľov :

Por. číslo	Označenie subdodávateľa, IČO	Predmet subdodávky	Percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zákazky	Osoba/osoby oprávnené konať v mene subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu)	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať v mene subdodávateľa
1.					
2.					
3.					
4.					

V dňa

.....
(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača

Súťažné podklady, „ Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks“



Príloha č. 3 k zmluve

(predkladá iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

Zoznam zodpovedných osôb

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

Zodpovedné osoby za veci technické, Dodávateľ

Meno a priezvisko	mail	Tel. č.

Zodpovedné osoby za veci technické, Objednávateľ

Meno a priezvisko	mail	Tel. č.
Ing. Bohdan Cinko	cinko@fnspza.sk	041/5110230

Zodpovedné osoby za veci právne

	Meno a priezvisko	mail	Tel.č.
Dodávateľ			
Objednávateľ	JUDr. Vladimíra Mikulová	mikulova@fnspza.sk	041/5110837

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov objednávateľ:

Meno a priezvisko	mail	Tel.č.
Ing. Ján Taliga	taliga@fnspza.sk	041/5110810

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov dodávateľ:

Meno a priezvisko	mail	Tel.č.



Príloha A k súťažným podkladom

Vyhlasenie uchádzača

Názov alebo obchodné meno uchádzača.....

Adresa alebo sídlo uchádzača.....

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača čestne vyhlasujem:

- rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch v rámci súťaže na predmet zákazky:

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé
- som oboznámený so súťažnými podkladmi v celom rozsahu
- predkladám iba jednu ponuku a nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku
- Čestne vyhlasujem, že v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
- Dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
- Dodávateľ, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
- Ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
- Subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa dodávateľ, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.

V dňa.....

.....
podpis štatutárneho zástupcu / uchádzača



Príloha B k súťažným podkladom

Vyhlásenie skupiny uchádzačov

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV

Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto čestnom vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky vo verejnom obstarávaní predmetu zákazky :

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

vyhlásenej verejným obstarávateľom FNŠP Žilina zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. XX zo dňa XX.XX.2023 pod číslom XX, sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku.

Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: XY

V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.

V..... dňa.....

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
meno a priezvisko,
funkcia, podpis*

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:
meno a priezvisko,
funkcia, podpis*

- vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

Vdňa.....

.....
podpis štatutárneho zástupcu / uchádzača



Príloha C k súťažným podkladom

Čestné vyhlásenie týkajúce sa konfliktu záujmov

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

.....
Vestník VVO.....

Názov uchádzača:

Zastúpený:.....

čestne vyhlasujem, že

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny organ uchádzača:

- rozumel som a súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a akceptujem v plnom rozsahu obchodné, zmluvné a technické podmienky predmetu zákazky uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky :
„ Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks
- “ som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení §23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem neodkladne informovať verejného obstarávateľa o každej situácii , ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek, v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé

Ja dolupodpísaný, ako štatutárny orgán uchádzača čestne vyhlasujem:

- že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú úplné a pravdivé
- že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- že všetkému, čo bolo vo Výzve, súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
- Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia.
- Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
- Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.



Príloha D k súťažným podkladom

Plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ/lia

- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu (právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)
- Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu (právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

udeľujú plnomocenstvo

Splnomocnencovi- lídrovi skupiny dodávateľov:

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno a priezvisko, trvalý pobyt štatutárneho orgánu (právnická osoba), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu)

Na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní:

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj počas plnenia zmluvy, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov.

V.....dňa.....

.....
Podpis splnomocniteľa

V.....dňa.....

.....
Podpis splnomocniteľa

Plnomocenstvo prijímam:

V.....dňa.....

.....
Podpis splnomocniteľa



Príloha E k súťažným podkladom

Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky a zároveň predložiť aj vlastný Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky v zmysle prílohy E1 alebo E2 ,ktorý uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky.
- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť XY (doplní uchádzač)

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača: (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania: (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača: (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača: (vyplní uchádzač)

Mailová adresa, telefónne číslo (vyplní uchádzač)

Položka	Cena v € bez DPH	Sadzba DPH	Cena v € s DPH/
Označenie ponúkaného tovaru: Model :			
Cena celkom za celý predmet zákazky			

Cena za predmet zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne dodanie tovaru vrátane inštalácie.

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

V dňa

.....
(meno, priezvisko a funkcia
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:

-podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)



Príloha E1 k súťažným podkladom

Podrobný položkový rozpočet

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty (ak relevantné) svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky „Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky“, ktorý uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky.
- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

časť 1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy 1 ks

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača: *(vyplní uchádzač)*

Sídlo alebo miesto podnikania: *(vyplní uchádzač)*

IČO uchádzača: *(vyplní uchádzač)*

Kontaktná osoba uchádzača: *(vyplní uchádzač)*

Názov/výrobca/model	Množstvo	Cena bez DPH za jednotku	Sadzba DPH	Cena bez DPH spolu
Cena celkom :				

Pozn. Jednotlivé položky (ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej tabuľky)



Príloha E2 k súťažným podkladom

Podrobný položkový rozpočet

- Uchádzač je povinný uviesť číselné hodnoty (ak relevantné) svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky „Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky“, ktorý uchádzač vyhotoví na celý predmet zákazky.
- Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky:

Postup verejného obstarávania:

Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky – verejná súťaž

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Časť 2 _Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy 1 ks

Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Obchodné meno uchádzača: (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania: (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača: (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača: (vyplní uchádzač)

Názov/výrobca/model	Množstvo	Cena bez DPH za jednotku	Sadzba DPH	Cena bez DPH spolu
Cena celkom :				

Pozn. Jednotlivé položky (ak zdravotnícka technika pozostáva z konkrétnych položiek uvedie/rozpíše ich do vyššie uvedenej tabuľky)



Príloha F k súťažným podkladom

Povinná funkcionálna predmetu obstarávania

Verejný obstarávateľ spracoval podrobnejšie špecifikáciu povinnej funkčnosti predmetu obstarávania do tabuľky T1-T2 kde splnenie uvedených požiadaviek bude predmetom hodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky u každého zariadenia samostatne. Uchádzač vyplní tabuľku v stĺpci „Ponúkaná hodnota“ ak ponúka zariadenie ktoré spĺňa minimálne požadované parametre uvedené v technickom opise súťažných podkladov doplní ÁNO, ak nespĺňa doplní NIE. Ak ponúka zariadenie ako ekvivalent minimálne požadovaných parametrov požadovaných VO doplní ponúkané parametre v zmysle bodu 3.3. „Ekvivalent“ týchto súťažných podkladov.

Postup verejného obstarávania: Verejné obstarávanie s finančným limitom nadlimitnej zákazky - verejná súťaž .

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

Verejný obstarávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Obchodné meno uchádzača: (vyplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania: (vyplní uchádzač)

IČO uchádzača: (vyplní uchádzač)

Kontaktná osoba uchádzača: (vyplní uchádzač)

Mailová adresa uchádzača : (vyplní uchádzač)

Telefónny kontakt uchádzača: (vyplní uchádzač)



Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

časť č.1 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy

Tabuľka T-1

No.	Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač)	Splnil / Nesplnil (vyplní VO)
	Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií nižšej triedy	1 ks		
	Typ zariadenia: Výrobca:			
1	Brzdené kolieska	min. 2 ks		
2	S vlastným zálohovaním napájania - minúty	min. 90		
3	Prehľadný farebný displej s uhlopriečkou	min. 10 inch		
4	Zobrazenie kriviek na monitore - počet	min. 3		
5	Frekvencia dýchania v minimálnom rozsahu	4 -100 dych/min.		
6	Krok nastavenia dychov	max. 1 dych/min.		
7	Minimálny rozsah nastavenie pomeru dôb - pomer	od 2:1 do 1:8		
8	Nastaviteľný inšpiračný čas v minimálnom rozsahu	0,2 – 5,0 sek		
9	Nastaviteľná inšpiračná pauza – minimálny rozsah	0 – 50 %		
10	PEEP (Inšpiračný tlak) v minimálnom rozsahu	0 – 30 cmH ₂ O		
11	Prietokový trigger v minimálnom rozsahu	0,2 – 10 l/min		
12	Výkon ventilátora minimálny rozsah	240 – 700 kPa		
13	Monitor vitálnych funkcií uhlopriečka obrazovky	min. 11 inch		
14	Monitor vitálnych funkcií zobrazenie kriviek - počet	min. 6		



15	Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov	min. 68 hod.		
16	Minimálny rozsah merania SpO2	1 – 100 %		
17	Dodávka náhradných sond , káblov a senzorov od objednania do	max. 10 dní		
18	Merania tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnici, ICP – minimálny rozsah	-40 až 320 mmHg		
19	Dychový objem ventilačných režimov minimálne v rozsahu	min. 5 - 1500		
20	kompaktný pojazdný prístroj	áno		
21	antistatické prevedenie koliesok	áno		
22	aplikácia inhalačných anestetík	áno		
23	s využitím spätného vdychovania	áno		
24	Anestézie pre dlhotrvajúce náročné a komplikované operačné výkony "minimal flow" a "low flow"	áno		
25	použiteľný pre novorodencov, deti a dospelých	áno		
26	Záložné napájanie plynom z tlakových fliaš s redukčnými ventilmi	pre O2 a N2O		
27	Prietokomery umožňujúce presné dávkovanie plynov pri nízkych prietokoch "minimal flow" a "low flow"	áno		
28	Odparovač:	sevofluran a isofluran		
29	Anestéziologický systém s elimináciou vlhkosti alebo ohrevom patientskeho dielu	áno		
30	Časti systému musia byť autoklávovateľné a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov vrátane dýchacej časti zariadenia zaradenej v okruhu pacienta	áno		
31	Anestéziologický okruh s absorbérov CO2	áno		
32	Absorbér vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, samostatná signalizácia o výmene absorbéra, samostatná signalizácia/identifikácia rozpojenia patientskeho okruhu absorbérov	áno		
33	signalizácia rozpojenia okruhu, nezávislá od signalizácie absorbéra	áno		
34	odkladacia, pracovná plocha	áno		
35	Ventilačné režimy	VCV , PCV, SIMV/PSV, SIMV-PC, PCV-VG, Manuálna		



36	Nastavenie alarmov ventilátora	dychový objem , minútový objem, FiO ₂ , ON/OFF mechanickej		
37	nízky/vysoký/trvalý tlak v dýchacích cestách, porucha, nedostatok tlaku na vstupe	áno		
38	odloženie alarmov	áno		
39	integrovateľný nastaviteľný prietokomer pre podávanie O ₂ cez kyslíkové okuliare alebo masku	áno		
40	účinné odsávacie zariadenie na odstraňovanie uniknutých anestetických plynov	áno		
41	účinná odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno		
42	integrované osvetlenie alebo ako príslušenstvo zariadenia	áno		
43	Monitor vitálnych funkcií	monitorovani e hĺbky anestézy BIS alebo		
44	monitor vitálnych funkcií možnosť rozšírenia funkcie pomocou modulov o BIS alebo entropia	áno		
45	Monitor vitálnych funkcií pre:	dospelých, detí a novorodenco		
46	Monitorovanie:	EtCO ₂ , FiCO ₂ , ETO ₂ , FiO ₂ a N ₂ O, AA s identifikáciou		
47	Zobrazenie monitora:	farebné LCD alebo alternatívne		
48	Polohovo nastaviteľný monitor	napr. na otočnom ramene		
49	Monitor vitálnych funkcií: Alarmy	optické a akustické		
50	pamäť histórie všetkých vyhlásených alarmov	áno		
51	EKG 3/5 s vyhodnotením dynamiky ST segmentu	áno		
52	zobrazenie krivky respirácie a hodnôt	áno		



53	SpO2 zobrazenie krivky a hodnôt	áno		
54	Meranie krvného tlaku:	invazívne (art , CVP) a neinvazívne (systol, stredný, diastol)		
55	meranie teploty	áno		
56	Meranie vdychové a výdychové koncentrácie	CO2,O2,N2 O a použitých anestetík (isofluran,		
57	automatická detekcia použitého anestetika	áno		
58	zobrazenie MAC a BAL	áno		
59	Monitoring ventilačných parametrov a kompletný monitoring spirometrie	Vt insp/ exp, MV insp/ exp, PEEP, Ppeak. Pplat, Compliancie, Rezistencie		
60	Monitoring ventilačných parametrov slučky pľúcnej mechaniky	tlak-objem, prietok -		
61	kompletné príslušenstvo pre získanie požadovaných parametrov (EKG, SpO2, NIBP, IBP, Teplota, Respirácia, BIS alebo entropia) vrátane káblov a snímačov	áno		
62	Požiadavky podľa EN 60601-1-2	áno		
63	Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť s anesteziologickými prístrojmi a monitormi používanými u verejného obstarávateľa (zn. GE Healthcare) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti v prípade potreby vzájomnej výmeny príslušenstva , odparovačov inhalačných anestetík, káblov k monitorovacej technike	áno		
64	Doba autorizovanej servisnej podpory	min. 24 mesiacov		
65	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno		
66	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 24hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní		



67	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní		
68	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu		
69	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu		
70	Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu	áno		
71	Záruka minimálne 24 mesiacov	áno		
72	Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.	áno		
73	Slovenský (akceptujeme český) návod na obsluhu	áno		
74	Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	áno		
75	Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno		

Pozn.

Ak uchádzač ponúka rovnakú hodnotu ako požaduje verejný obstarávateľ do stĺpca „Ponúkaná hodnota“ doplní „áno“

Ak uchádzač ponúka inú hodnotu ako požaduje verejný obstarávateľ do stĺpca „Ponúkaná hodnota“ doplní vlastné ponúkané parametre.



Podrobná špecifikácia povinných požiadaviek a funkcionalít

„Predmet zákazky:

Anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií – 2 ks

časť č.2 _ Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy

Tabuľka T-2

No.	Splnenie minimálnych požadovaných technických parametrov jednotlivých položiek obstarávania definovaných v technickom opise	Požadovaná hodnota	Ponúkaná hodnota (vyplní uchádzač)	Splnil / Nesplnil (vyplní VO)
	Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií najvyššej triedy	1 ks		
	Typ zariadenia: Výrobca:			
1	Anestéziologický prístroj s uzavretým resp. polouzavretým systémom dýchacieho okruhu, so zaradeným odparovačom anestetika a absorbérom CO ₂ , prístroj schopný vedenia automatickej anestézie a presného dávkovania koncentrácie zložiek plynov v čerstvej zmesi podľa užívateľom nastavených cieľových koncentrácií zložiek plynov v dychovej zmesi a podľa	áno		
2	Elektronický zmiešavač čerstvej zmesi s nastavením zložiek zmesi podľa nastavenej koncentrácie O ₂ , presne dávkujúci plyny aj pri nízkych prietokoch s ochranou proti podaniu hypoxickej zmesi.	áno		
3	Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou	min. 35cm		
4	Elektrické napájanie 230 V, 50 Hz so záložným napájaním vstavaným akumulátorom s výdržou v prípade výpadku minimálne 30 min	áno		
5	Nastaviteľná frekvencia dýchania	v rozsahu 4-100 (počet dychov)		
6	Nastaviteľný PEEP	v min. rozsahu 4-25 cmH ₂ O		



7	Dosiahnuteľný dychový objem	v rozsahu 20-1500 ml		
8	Nastavenie pomeru dôb dýchania	I:E 2:1 až 1:4		
9	Nastaviteľný inspiračný čas	od 0,2 do 5s		
10	Nastaviteľná inspiračná pauza	0; 5-60 %		
11	Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu:	0,2-10 l/min		
12	Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným displejom a s uhlopriečkou	min. 35 cm		
13	Súčasný zobrazenie kriviek	min. 8		
14	Grafické a numerické trendy všetkých parametrov	min. 24 hodín		
15	Napájanie stlačeným plynom O ₂ (kyslík), N ₂ O (oxid dusný), vzduch z centrálnych rozvodov a tlakových fliaš	áno		
16	Dodatočný regulovateľný vývod kyslíka na nosné okuliare alebo masku	áno		
17	system eliminujúci kondenzáciu vody v patientskom okruhu a hadiciach.	áno		
18	Zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom výkone na obrazovke anestéziologického prístroja	áno		
19	Elektronicky riadený odparovač anestetika so zobrazením nastavenej podávanej koncentrácie AA pacientovy na obrazovke anestéziologického prístroja s elektronickou indikáciou stavu náplne AA . Odparovač anestetika sevoran súčasť dodávky	áno		
20	Anestéziologický okruh s absorbérom CO ₂ , vymeniteľným počas plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti s oznamom o práci bez absorbéra na obrazovke prístroja . Absorbér CO ₂ dostupný v opakovateľnom prevedení a aj ako jednorazové predplnené kazety	áno		
21	Anestéziologický okruh vrátane častí ventilátora, ktoré prichádzajú do styku s dýchacou zmesou, musia byť autoklavovateľné (sterelizovateľné parou) a rozoberateľné bez použitia špeciálnych nástrojov.	áno		
22	Režimy: objemová ventilácia, tlaková ventilácia, PSV, SIMV, manuálna a spontánna ventilácia	áno		



23	Odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest	áno		
24	Regulovateľné osvetlenie bodov aneztézologického prístroja	áno		
25	Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky : 10 ks dospelých dýchacích okruhov	áno		
26	Monitor musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný	áno		
27	Prehľadný farebný dotykový displej s uhlopriečkou	Minimálne 35 cm		
28	Monitor s možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly	áno		
29	EKG s vyhodnotením dynamiky ST	áno		
30	Rozsah merania respirácie:	4-120 dychov za minútu		
31	SPO2: meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky	áno		
32	Meranie neinvazívneho tlaku krvi - manuálny a automatický režim	áno		
33	IBP tlaky: Meranie tlakov - arteriálny tlak, centrálny venózný tlak, tlak v pľúcnici, ICP: systolický, diastolický a stredný	áno		
34	Merania SPV (systolic pressure variaton) a PPV(pulse pressure variation)	áno		
35	Teplota	áno		
36	Vdychované a vydychované koncentrácie CO2	áno		
37	Vdychované a vydychované koncentrácie kyslíka, rozdiel vdychovanej mínus vydychovanej koncentrácie	áno		
38	Vdychované a vydychované koncentrácie N2O	áno		
39	Vdychované a vydychované koncentrácie použitého anestetika s automatickou detekciou	áno		
40	MAC, MACage , BAL balančný plyn zobrazený ako % plynu dýchacej zmesi, ktoré monitor nemeria (indikuje množstvo dusíka v dychovej zmesi)	áno		



41	Monitoring ventilačných parametrov: Vt insp/ exp, MV insp/ esp, PEEP, Ppeak, Pplat, Compliance, Rezistance, slučky pľúcnej mechaniky (tlak objem, prietok objemu)	áno		
42	Modul pre meranie stavu mozgu počas anestézie (BIS alebo entropia)	áno		
43	Modul na meranie hladiny neuromuskulárneho bloku: bežné módy stimulácie: TOF - train of four, jediný výboj (twitch) (ST), stimulácia dvojitém výbojom (DBS) a stimulácia nervosvalovým liekom	áno		
44	Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do prevádzky: dýchacie okruhy, EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívneho tlaku 2ks, teplotná sonda 1ks, spotrebný materiál na meranie koncentrácií plynov v dýchacej zmesi, spotrebný materiál na meranie hĺbky anestézie a stupňa relaxácie	áno		
45	Anesteziologický prístroj musí zabezpečiť kompatibilitu a zlučiteľnosť s anesteziologickými prístrojmi a monitormi používanými u verejného obstarávateľa (zn. GE Healthcare) alebo ekvivalent kompatibilný s existujúcim príslušenstvom s modulmi uvedeného výrobcu, a to z dôvodu možnosti v prípade potreby vzájomnej výmeny príslušenstva , odparovačov inhalačných anestetík, káblov k monitorovacej technike	áno		
46	Doba autorizovanej servisnej podpory	min. 24 mesiacov		
47	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom	áno		
48	Doba odozvy od nahlásenia poruchy	max. do 24hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní		
49	Nástup servisného technika na opravu na mieste	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní		
50	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov	max. do 24 hodín od nástupu servisného		



51	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov	max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu		
52	Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu	áno		
53	Záruka minimálne 24 mesiacov	áno		
54	Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.	áno		
55	Slovenský (akceptujeme český) návod na obsluhu	áno		
56	Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie	áno		
57	Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov	áno		

Pozn.

Ak uchádzač ponúka rovnakú hodnotu ako požaduje verejný obstarávateľ do stĺpca „Ponúkaná hodnota“ doplní „áno“

Ak uchádzač ponúka inú hodnotu ako požaduje verejný obstarávateľ do stĺpca „Ponúkaná hodnota“ doplní ponúkané parametre.